

**АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

г. Минск

13 мая 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя - ОДО «АРНИКАТРЕЙД», в лице ведущего инженера по ремонту медицинского оборудования Кунцевича В.И., с одной Стороны, и от лица Заказчика – ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ, в лице наставника аудита обслуживания медицинского оборудования с другой стороны, составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что дефектация проведена Исполнителем в отношении:

Наименование оборудования: Система для исследований вестибулярного аппарата VisualEyes 525, 2018г.в.

Заводской номер: 17253.


В результате дефектации установлено:

1. Проектор NEC NP-UM301 (входит в состав системы) не выходит в рабочий режим. Не горит лампа.

Необходимые мероприятия для восстановления работоспособности:

1. Очистка фильтров от пыли.
2. Профилактика вентиляторов охлаждения системы.
3. Настройка и проверка рабочих режимов.

Исполнитель:  /Кунцевич В.И./

Заказчик:  /А.А. Вукаш /

