

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В	набор	1415

2. Технические требования:

2.1. Тест-система должна иметь полный набор расходных реагентов для постановки реакции иммуноферментного анализа.

2.2. В наборе должны быть готовы к применению (без предварительного разведения или разбавления) контроли, конъюгат, раствор тетраметиленбензидина (ТМБ), стоп-реагент.

2.3. Внесение конъюгата и исследуемых образцов должно выполняться одномоментно с последующей инкубацией не более 60 минут.

2.4. Количество контрольных образцов не должно превышать 3-х лунок.

2.5. Время от начала до окончания исследования клинического материала должно быть в пределах 85 минут $\pm$ 5.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться паспортом или иным документом, подтверждающим его качество.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

	Ф.И.О.	должность	подпись
1	Борисевич С.И.	заведующий лабораторией вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ	
2.	Горегляд О.В.	врач-лаборант лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ	

Согласовано:

главный внештатный специалист
по лабораторному обеспечению
эпиднадзора главного
управления по здравоохранению
Брестского облисполкома



Э.М. Михнович