

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Зажимы

Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1.1.	Зажим атравматический многоцелевой типа ДАРДИК, изогнутый под углом 45°, длина рабочей части 30-50мм, длина 145-170 мм	штук	8
1.2.	Зажим лигатурный типа Зенкер, рабочая часть с поперечными насечками; немного изогнут; общая длина 295-300мм	штук	10
1.3.	Зажим лигатурный типа БЭБИ МИКСТЕР, рабочая часть с поперечными насечками; изогнутый; общая длина 180-200мм	штук	10
1.4.	Зажим типа «бульдог» прямой – нарезка ДЕ БЕКИ, длина рабочей части 25-35мм, общая длина 75-85мм	штук	10
1.5.	Зажим типа «бульдог» изогнутый – нарезка ДЕ БЕКИ, длина рабочей части 21-35мм, общая длина 70-80мм	штук	10
1.6.	Зажим типа «бульдог» прямой – нарезка ДЕ БЕКИ, длина рабочей части 33-35мм, общая длина 85-90мм	штук	10
1.7.	Зажим типа «бульдог» изогнутый – нарезка ДЕ БЕКИ, длина рабочей части 30-35мм, общая длина 80-85мм	штук	5
1.8.	Зажим аортальный Chitwood, длина 280-300мм	штук	4
1.9.	Зажим аортальный Chitwood, длина 335-355мм	штук	4
1.10.	Зажим аортальный Chitwood, расширенное лезвие, длина 355-365мм	штук	8
1.11.	Сосудистый зажим DeBakey, изогнутый под углом 45°, рабочая поверхность 40мм, длина 120мм	штук	6
1.12.	Сосудистый зажим DeBakey, S-изогнутый, рабочая поверхность	штук	6

	40мм, длина 130мм		
1.13.	Сосудистый зажим Cooley, изогнутый под углом 60°, рабочая поверхность 55мм, длина 175мм	штук	4
1.14.	Сосудистый зажим Cooley, длина пережатия 30 мм, общая длина 170мм	штук	4
1.15.	Сосудистый зажим DeVakey, С-изогнутый по ребру 40 мм, общая длина 170мм	штук	4
1.16.	Сосудистый зажим De Vekey, С-изогнутый по ребру, рабочая часть 120мм, общая длина 325мм	штук	4
1.17.	Сосудистый зажим HORT или Satinsky, рабочая часть 55мм, общая длина 240мм	штук	4
1.18.	Сосудистый зажим Glover, рабочая часть 65мм, общая длина 240мм	штук	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал – медицинская хирургическая сталь.

2.2. Возможность стерилизации паровым методом, температурный режим не менее 134°.

2.3. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.4. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие.

2.5. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.6. Инструмент должен быть устойчив к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Иглодержатели

Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	Иглодержатель типа Ryder с твердосплавными вставками. Для шовного материала 4/0-6/0, насечка 0,4 мм, длина 150-160мм	штук	6
2	Иглодержатель типа Ryder с твердосплавными вставками. Для шовного материала 4/0-6/0, насечка 0,4 мм, длина 180-190мм	штук	6
3	Иглодержатель типа Mini-Ryder с твердосплавными вставками. Для шовного материала 5/0-7/0, насечка 0,2-0,3 мм, длина 150-160мм	штук	4
4	Иглодержатель типа Mini-Ryder с твердосплавными вставками. Для шовного материала 5/0-7/0, насечка 0,2-0,3 мм, длина 230мм	штук	4
5	Иглодержатель тонкий, типа Sarot с твердосплавными вставками. для шовного материала 4/0-6/0, насечка 0,4 мм, длина 230мм	штук	4
6	Иглодержатель прямой типа Mayo-Negar, рабочая длина 200-230мм	штук	6
7	Иглодержатель прямой Mayo-Negar, рабочая длина не менее 250мм	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал – медицинская хирургическая сталь.

2.2. Возможность стерилизации паровым методом, температурный режим не менее 134°.

2.3. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.4. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие.

2.5. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.6. Инструмент должен быть устойчив к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Микрохирургические инструменты
Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	Микроножницы изогнутые под углом 25°, длина 160-180мм	штук	2
2	Микроножницы изогнутые под углом 45°, длина 170-180мм	штук	2
3	Микроножницы изогнутые под углом 45°, длина 200-230мм	штук	2
4	Микроножницы изогнутые под углом 60°, длина не менее 200-230мм	штук	2
5	Иглодержатель Mathieu, длина 170-200мм	штук	2
6	Иглодержатель Castroviejo с твердосплавными вставками, для шовного материала 5/0 и меньше, длина 170-180мм	штук	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал – медицинская хирургическая сталь.

2.2. Возможность стерилизации паровым методом, температурный режим не менее 134°.

2.3. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.4. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие.

2.5. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.6. Инструмент должен быть устойчив к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Ранорасширители

Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	ретрактор самофиксирующийся, каротидный, типа Allenberg или Henly, тупоконечный, в комплекте с двумя центральными лезвиями, фиксирующимся на ретракторе, размер 19-20х12-16мм, 25-35х10-16мм	штук	2
2	инструмент для туннелирования типа ДЖЕНКЕР с конусообразным концом, слегка изогнут, диаметр 10-12мм, длина 480-500 или 550-580мм	штук	2
3	комплект дилататоров сосудистых типа ГАРРЕТ, длина 215-220мм, в комплекте по одному дилататору каждого диаметра: 0,4-0,5; 0,9-1,0мм; 1,4-1,5мм; 1,8-2,0мм; 2,3-2,5мм; 2,8-3,0мм; 3,4-3,5мм; 3,8-4,0мм; 4,3-4,5мм; 4,8-5,0мм; 6,8-7,0мм; 8,8-9,0мм.	комплект	4
4	крючок, рабочая часть менее 5мм, рабочая длина 240-280мм	штук	6
5	крючок, рабочая часть 5-7мм, рабочая длина 240-280мм	штук	6
6	крючок, рабочая часть 8-10мм, рабочая длина 240-280мм	штук	6
7	выкусыватель прямой, рабочая длина 280-300мм	штук	2
8	выкусыватель изогнутый вверх, рабочая длина 280-300мм	штук	2
9	ретрактор с несъемными круглыми лезвиями для латеральной миниторакотомии, разведение до 110-120мм	штук	1
10	Ранорасширитель Adson, общая длина 330мм	штук	4
11	Ранорасширитель Adson, общая длина 195мм	штук	4

12	Ретрактор типа Volkman, острозубый 3-4шт, зубцы 16-22мм, длина 220мм	штук	4
13	Ретрактор типа Volkman, тупые зубцы 3-4шт, зубцы 16-22мм, длина 220мм	штук	4
14	Ретрактор типа Doyen или Mikulicz, рабочая часть 155х-50-60мм, длина 240-270мм	штук	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал – медицинская хирургическая сталь.

2.2. Возможность стерилизации паровым методом, температурный режим не менее 134°.

2.3. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.4. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие.

2.5. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.6. Инструмент должен быть устойчив к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Пинцеты

Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	Пинцет атравматический типа ДЕ БЕКИ, с атравматической нарезкой в рабочей части, шириной не менее 2мм, длина 190-210мм	штук	6
2	Пинцет атравматический типа ДЕ БЕКИ, с атравматической нарезкой в рабочей части, шириной не менее 2,4мм, длина 150-160мм	штук	6
3	Пинцет атравматический типа ДЕ БЕКИ, с атравматической нарезкой в рабочей части, шириной менее 2мм, длина 190-210мм	штук	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Материал – медицинская хирургическая сталь.
- 2.2. Возможность стерилизации паровым методом, температурный режим не менее 134°.
- 2.3. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.
- 2.4. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие.
- 2.5. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.
- 2.6. Инструмент должен быть устойчив к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Инструменты для разъединения тканей

Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	Ножницы . сосудистые типа МЕТЗЕНБАУМ, изогнутые по плоскости в рабочей части, длина 190- 210мм	штук	6
2	Ручка для скальпеля, рабочая длинна 210-225мм.	штук	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал – медицинская хирургическая сталь.

2.2. Возможность стерилизации паровым методом, температурный режим не менее 134°.

2.3. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.4. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие.

2.5. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.6. Инструмент должен быть устойчив к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (классический полный комплект спинальных ретракторов типа CASPAR для микродискэктомий на поясничном уровне с контейнером для хранения и стерилизации)

Классический полный комплект спинальных ретракторов типа CASPAR для микродискэктомий на поясничном уровне с контейнером для хранения и стерилизации

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Классический полный комплект спинальных ретракторов типа CASPAR для микродискэктомий на поясничном уровне с контейнером для хранения и стерилизации в составе:		1 комплект
1.1.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.2.	1 шт.
1.2.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.3.	1 шт.
1.3.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.4.	1 шт.
1.4.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.5.	1 шт.
1.5.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.6.	1 шт.
1.6.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.7.	1 шт.
1.7.	спекула системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.8.	1 шт.
1.8.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.10.	1 шт.
1.9.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.11.	1 шт.
1.10.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.12.	1 шт.
1.11.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.13.	1 шт.
1.12.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.14.	1 шт.
1.13.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.15.	1 шт.

1.14.	лезвие системы типа CASPAR	пп.2.1., 2.16.	1 шт.
1.15.	лезвие системы CASPAR	пп.2.1., 2.17.	1 шт.
1.16.	ретрактор реечного типа CASPAR (counter-retractor) совместимый со спекулами типа CASPAR	пп.2.1., 2.18.	1 шт.
1.17.	пинцет для замены латеральных лезвий	пп.2.1., 2.19.	1 шт.
1.18.	контейнер для стерилизации и продолжительного хранения комплекта спекул, ретрактора типа CASPAR и съемных лезвий	пп.2.1., 2.20	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.1.):

2.2.1. типа CASPAR,

2.2.2. 40мм,

2.2.3. черная.

2.3. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.2.):

2.3.1. типа CASPAR,

2.3.2. 45мм,

2.3.3. черная.

2.4. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.3.):

2.4.1. типа CASPAR,

2.4.2. 50мм,

2.4.3. черная.

2.5. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.4.):

2.5.1. типа CASPAR,

2.5.2. 55мм,

2.5.3. черная.

2.6. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.5.):

2.6.1. латеральное,

2.6.2. 60мм.

2.6.3. чёрная

2.7. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.6.):

2.7.1. типа CASPAR,

2.7.2. 65мм,

2.7.3. черная.

2.8. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.7.):

2.8.1. типа CASPAR,

2.8.2. 75мм,

2.8.3. черная.

2.9. Спекула системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.8.):

2.9.1. типа CASPAR,

2.9.2. 85мм,

2.9.3. черная.

2.10. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.9.):

2.10.1. латеральное,

2.10.2. 35мм,

2.10.3. черное.

2.11. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.10.):

2.11.1. латеральное,

2.11.2. 40мм,

2.11.3. черное.

2.12. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.11.):

2.12.1. латеральное,

2.12.2. 45мм,

2.12.3. черное.

2.13. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.12.):

2.13.1. латеральное,

2.13.2. 50мм,

2.13.3. черное.

2.14. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.13.):

2.14.1. латеральное,

2.14.2. 55мм,

2.14.3. черное.

2.15. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.14.):

2.15.1. латеральное,

2.15.2. 60мм,

2.15.3. черное.

2.16. Лезвие системы типа CASPAR для микродискэктомии (п.1.15.):

2.16.1. латеральное,

2.16.2. 65мм,

2.16.3. черное.

2.17 Лезвие системы типа CASPAR латеральное для микродискэктомии , 75мм, черное

2.17.1 латеральное,

2.17.2 75мм,

2.17.3 черное.

2.18. Ретрактор (п.1.16.):

2.18.1. реечного типа CASPAR (counter-retractor),

2.18.2. для латеральной ретракции,

2.18.3. длина 100-110мм,

2.18.4. ширина 100-110мм,

2.18.5. отведение 60-80мм,

2.18.6.* совместимый со спекулами типа CASPAR.

2.19. Пинцет (п.1.17.):

2.19.1. для замены латеральных лезвий,

2.19.2. 115мм.

2.20. Контейнер для стерилизации и продолжительного хранения комплекта спекул, ретрактора типа CASPAR и съемных лезвий (п.1.18.):

*2.20.1. Контейнер, состоящий из специального короба для всех компонентов ретракторной системы, сетчатого короба, корпуса контейнера и крышки с вмонтированными тефлоновыми фильтрами.

Примечание:

1. Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

2. При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченным знаком «*», предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (выкусыватели костные типа KERRISON)

Выкусыватели костные типа KERRISON

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование	Ссылка на технические требования	Количество
1.	Выкусыватели костные типа KERRISON:		
1.1.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 130°, тонкая, ширина 1,5мм, раскрытие бранш 8-10мм, без эжектора	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 130°, тонкая, ширина 2мм, раскрытие бранш 9-12мм, с эжектором	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 130°, тонкая, ширина 3мм, раскрытие бранш 10-15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.4.	5 шт.
1.4.	длина 180мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 130°, тонкая, ширина 4мм, раскрытие бранш 12мм, с эжектором	пп.2.1., 2.5.	5 шт.
1.5.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 130°, тонкая, ширина 5мм, раскрытие бранш 12-15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.6.	5 шт.
1.6.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши книзу 130°, тонкая, ширина 3мм, раскрытие бранш 10-15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.7.	5 шт.
1.7.	длина 180-190мм, разборные,	пп.2.1., 2.8.	5 шт.

	площадка неподвижной бранши книзу 130°, тонкая, ширина 4мм, раскрытие бранш 10-15мм, с эжектором		
1.8.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 90°, стандартная, ширина 3мм, раскрытие бранш 10-15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.9.	5 шт.
1.9.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши кверху 90°, стандартная, ширина 4мм, раскрытие бранш 10-15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.10.	5 шт.
1.10.	длина 180-190мм, разборные, площадка неподвижной бранши книзу 90°, стандартная, ширина 3мм, раскрытие бранш 10-15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.11.	5 шт.
1.11.	длина 180-190 мм, разборные, площадка неподвижной бранши книзу 90°, стандартная, ширина 4мм, раскрытие бранш 10- 15мм, с эжектором	пп.2.1., 2.12.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Выкусыватель костный (п.1.1.):

2.2.1. типа KERRISON;

2.2.2. длина 180-190мм,

2.2.3. разборные,

2.2.4. площадка неподвижной бранши кверху 130°,

2.2.5. тонкая,

2.2.6. ширина 1,5мм,

2.2.7. раскрытие бранш 8-10мм,

2.2.8. без эжектора.

2.3. Выкусыватель костный (п.1.2.):

- 2.3.1. типа KERRISON;
- 2.3.2. длина 180-190мм,
- 2.3.3. разборные,
- 2.3.4. площадка неподвижной бранши кверху 130°,
- 2.3.5. тонкая,
- 2.3.6. ширина 2мм,
- 2.3.7. раскрытие бранш 9-12мм,
- 2.3.8. без эжектора.

2.4. Выкусыватель костный (п.1.3.):

- 2.4.1. типа KERRISON;
- 2.4.2. длина 180-190мм,
- 2.4.3. разборные,
- 2.4.4. площадка неподвижной бранши кверху 130°,
- 2.4.5. тонкая,
- 2.4.6. ширина 3мм,
- 2.4.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.4.8. с эжектором.

2.5. Выкусыватель костный (п.1.4.):

- 2.5.1. типа KERRISON;
- 2.5.2. длина 180-190мм,
- 2.5.3. разборные,
- 2.5.4. площадка неподвижной бранши кверху 130°,
- 2.5.5. тонкая,
- 2.5.6. ширина 4мм,
- 2.5.7. раскрытие бранш 15мм,
- 2.5.8. с эжектором.

2.6. Выкусыватель костный (п.1.5.):

- 2.6.1. типа KERRISON;
- 2.6.2. длина 180-190мм,
- 2.6.3. разборные,
- 2.6.4. площадка неподвижной бранши кверху 130°,
- 2.6.5. тонкая,
- 2.6.6. ширина 5мм,
- 2.6.7. раскрытие бранш 12-15мм,
- 2.6.8. с эжектором.

2.7. Выкусыватель костный (п.1.6.):

- 2.7.1. типа KERRISON;
- 2.7.2. длина 180-190мм,
- 2.7.3. разборные,
- 2.7.4. площадка неподвижной бранши книзу 130°,
- 2.7.5. тонкая,
- 2.7.6. ширина 3мм,
- 2.7.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.7.8. с эжектором.

2.8. Выкусыватель костный (п.1.7.):

- 2.8.1. типа KERRISON;

- 2.8.2. длина 180-190мм,
- 2.8.3. разборные,
- 2.8.4. площадка неподвижной бранши книзу 130°,
- 2.8.5. тонкая,
- 2.8.6. ширина 4мм,
- 2.8.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.8.8. с эжектором.

2.9. Выкусыватель костный (п.1.8.):

- 2.9.1. типа KERRISON;
- 2.9.2. длина 180-190мм,
- 2.9.3. разборные,
- 2.9.4. площадка неподвижной бранши кверху 90°,
- 2.9.5. стандартная,
- 2.9.6. ширина 3мм,
- 2.9.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.9.8. с эжектором.

2.10. Выкусыватель костный (п.1.9.):

- 2.10.1. типа KERRISON;
- 2.10.2. длина 180-190мм,
- 2.10.3. разборные,
- 2.10.4. площадка неподвижной бранши кверху 90°,
- 2.10.5. стандартная,
- 2.10.6. ширина 4мм,
- 2.10.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.10.8. с эжектором.

2.11. Выкусыватель костный (п.1.10.):

- 2.11.1. типа KERRISON;
- 2.11.2. длина 180-190мм,
- 2.11.3. разборные,
- 2.11.4. площадка неподвижной бранши книзу 90°,
- 2.11.5. стандартная,
- 2.11.6. ширина 3мм,
- 2.11.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.11.8. с эжектором.

2.12. Выкусыватель костный (п.1.11.):

- 2.12.1. типа KERRISON;
- 2.12.2. длина 180-190мм,
- 2.12.3. разборные,
- 2.12.4. площадка неподвижной бранши книзу 90°,
- 2.12.5. стандартная,
- 2.12.6. ширина 4мм,
- 2.12.7. раскрытие бранш 10-15мм,
- 2.12.8. с эжектором.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (выкусыватели pistolетные для дискэктомии)

Выкусыватели pistolетные для дискэктомии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Выкусыватели pistolетные для дискэктомии:		
1.1.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.4.	5 шт.
1.4.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.5.	5 шт.
1.5.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.6.	5 шт.
1.6.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.7.	5 шт.
1.7.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.8.	5 шт.
1.8.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.9.	5 шт.
1.9.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.10.	5 шт.
1.10.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.11.	5 шт.
1.11.	выкусыватель pistolетный (rongeurs) типа CASPAR	пп.2.1., 2.12.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Выкусыватель (п.1.1.):

2.2.1. pistolетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,

2.2.2. длина 160-180мм,

2.2.3. бранши прямые окончатые 2х12мм,

2.2.4. кромка зубчатая.

2.3. Выкусыватель (п.1.2.):

- 2.3.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.3.2. длина 160-180мм,
- 2.3.3. бранши прямые окончатые 3х12мм,
- 2.3.4. кромка зубчатая.

2.4. Выкусыватель (п.1.3.):

- 2.4.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.4.2. длина 160-180мм,
- 2.4.3. бранши прямые окончатые 4х14мм,
- 2.4.4. кромка зубчатая.

2.5. Выкусыватель (п.1.4.):

- 2.5.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.5.2. длина 160-180мм,
- 2.5.3. бранши окончатые изогнутые под углом 150° кверху, 2х12мм,
- 2.5.4. кромка зубчатая.

2.6. Выкусыватель (п.1.5.):

- 2.6.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.6.2. длина 160-180мм,
- 2.6.3. бранши окончатые изогнутые под углом 150° кверху, 3х12мм,
- 2.6.4. кромка зубчатая.

2.7. Выкусыватель (п.1.6.):

- 2.7.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.7.2. длина 160-180мм,
- 2.7.3. бранши окончатые изогнутые под углом 150° книзу, 3х12мм,
- 2.7.4. кромка зубчатая.

2.8. Выкусыватель (п.1.7.):

- 2.8.1. пистолетный (rongeurs) типа CUSHING для дискэктомии,
- 2.8.2. длина 130-150мм,
- 2.8.3. бранши изогнутые под углом 150° кверху,
- 2.8.4. ширина 3мм.

2.9. Выкусыватель (п.1.8.):

- 2.9.1. пистолетный (rongeurs) типа CUSHING для дискэктомии,
- 2.9.2. длина 130-150мм,
- 2.9.3. бранши изогнутые под углом 150° книзу,
- 2.9.4. ширина 3мм.

2.10. Выкусыватель (п.1.9.):

- 2.10.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.10.2. длина 150-155мм,
- 2.10.3. бранши прямые,
- 2.10.4. ширина 2мм.

2.11. Выкусыватель (п.1.10.):

- 2.11.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.11.2. длина 150-155мм,
- 2.11.3. бранши изогнутые под углом 150° кверху,
- 2.11.4. ширина 2мм.

2.12. Выкусыватель (п.1.11.):

- 2.12.1. пистолетный (rongeurs) типа CASPAR для дискэктомии,
- 2.12.2. длина 150-155мм,
- 2.12.3. бранши изогнутые под углом 150° книзу,
- 2.12.4. ширина 2мм.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (крючки неврально-сосудистые)

Крючки неврально-сосудистые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Крючки неврально-сосудистые:		
1.1.	крючок неврально-сосудистый типа Krayenbühl	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	крючок неврально-сосудистый типа Krayenbühl	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	крючок неврально-сосудистый типа ADSON	пп.2.1., 2.4.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Крючок неврально-сосудистый (п.1.1.):

2.2.1. тонкий,

2.2.2. прямой,

2.2.3. типа Krayenbühl,

2.2.4. общая длина 180-185мм,

2.2.5. с изогнутым тонким пуговчатым концом до 90°.

2.3. Крючок неврально-сосудистый (п.1.2.):

2.3.1. тонкий,

2.3.2. прямой,

2.3.3. типа Krayenbühl,

2.3.4. общая длина 180-185мм,

2.3.5. с изогнутым тонким острым концом до 90°.

2.4. Крючок неврально-сосудистый (п.1.3.):

2.4.1. тонкий,

2.4.2. прямой,

2.4.3. типа ADSON,

2.4.4. общая длина 185-190мм,

2.4.5. с изогнутым тонким острым концом до 90°.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (лигатурный зонд-проводник прямой тонкий и микрососудистый нож байонетный)

Лигатурный зонд-проводник прямой тонкий и микрососудистый нож байонетный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Лигатурный зонд-проводник прямой тонкий и микрососудистый нож байонетный:		
1.1.	лигатурный зонд-проводник типа YASARGIL	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2	микрососудистый нож типа KOOS	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3	микрососудистый нож типа YASARGIL	пп.2.1., 2.4.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Зонд-проводник (п.1.1.):

2.2.1. лигатурный,

2.2.2. прямой,

2.2.3. тонкий,

2.2.4. типа YASARGIL,

2.2.5. длина 180-190мм,

2.2.6. с изогнутым пуговчатым концом по минимальной окружности до 90°.

2.3. Нож (п.1.2.):

2.3.1. микрососудистый,

2.3.2. байонетный,

2.3.3. типа KOOS,

2.3.4. длина 180-185мм,

2.3.5. изгиб режущей поверхности кверху.

2.4. Нож (п.1.3.):

2.4.1. микрососудистый,

2.4.2. байонетный,

2.4.3. типа YASARGIL,

2.4.4. длина 180-185мм,

2.4.5. изгиб режущей поверхности кверху.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (аспирационные канюли и микродиссектор штыкообразный)

Аспирационные канюли и микродиссектор штыкообразный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Аспирационные канюли:		
1.1.	типа BELLUCCI	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	типа FERGUSON	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	типа FERGUSON	пп.2.1., 2.4.	5 шт.
1.4.	типа FERGUSON	пп.2.1., 2.5.	5 шт.
1.5.	типа FERGUSON	пп.2.1., 2.6.	5 шт.
1.6.	типа LANDOLT	пп.2.1., 2.7.	5 шт.
1.7.	микродиссектор по CASPAR	пп.2.1., 2.8.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Аспирационные канюли (п.1.1.):

- 2.2.1. со стилетом,
- 2.2.2. изогнутая,
- 2.2.3. типа BELLUCCI,
- 2.2.4. с вакуум-контролем,
- 2.2.5. общая длина 130мм,
- 2.2.6. рабочая длина 85-90мм,
- 2.2.7. диаметр 0,9мм.

2.3 Аспирационные канюли (п.1.2.):

- 2.3.1. со стилетом,
- 2.3.2. изогнутая,
- 2.3.3. типа FERGUSON,
- 2.3.4. с вакуум-контролем,
- 2.3.5. общая длина 200-210мм,
- 2.3.6. рабочая длина 110-120мм,
- 2.3.7. диаметр 1,5мм.

2.4. Аспирационные канюли (п.1.3.):

- 2.4.1. со стилетом,
- 2.4.2. изогнутая,
- 2.4.3. типа FERGUSON,

- 2.4.4. с вакуум-контролем,
- 2.4.5. общая длина 220-230мм,
- 2.4.6. рабочая длина 130-140мм,
- 2.4.7. диаметр 2-2,5мм.

2.5. Аспирационные канюли (п.1.4.):

- 2.5.1. со стилетом,
- 2.5.2. изогнутая,
- 2.5.3. типа FERGUSSON,
- 2.5.4. с вакуум-контролем,
- 2.5.5. общая длина 220-230мм,
- 2.5.6. рабочая длина 130-140мм,
- 2.5.7. диаметр 5мм.

2.6. Аспирационные канюли (п.1.5.):

- 2.6.1. со стилетом,
- 2.6.2. изогнутая,
- 2.6.3. типа FERGUSSON,
- 2.6.4. с вакуум-контролем,
- 2.6.5. общая длина 250-260мм,
- 2.6.6. рабочая длина 160-165мм,
- 2.6.7. диаметр 2мм.

2.7. Аспирационные канюли (п.1.6.):

- 2.7.1. со стилетом,
- 2.7.2. изогнутая,
- 2.7.3. типа LANDOLT,
- 2.7.4. с вакуум-контролем,
- 2.7.5. рабочая длина 145-155мм,
- 2.7.6. диаметр 6-7мм.
- 2.7.7. канюля коагуляционная 3-5 мм.

2.8. Микродиссектор (п.1.7.):

- 2.8.1. штыкообразный,
- 2.8.2. по CASPAR,
- 2.8.3. длина 200-210мм,
- 2.8.4. с изгибом кверху.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (кусачки и кюретки костные)

Кусачки и кюретки костные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Кусачки и кюретки костные:		
1.1.	Кусачки типа LUER	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	Кусачки типа LEMPERT	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	Кусачки типа TROTTER	пп.2.1., 2.4.	5 шт.
1.4.	Кусачки типа RUSKIN	пп.2.1., 2.5.	5 шт.
1.5.	Кусачки типа STILLE	пп.2.1., 2.6.	5 шт.
1.6.	Кусачки типа MAYFIELD	пп.2.1., 2.7.	5 шт.
1.7.	Кюретка типа CASPAR	пп.2.1., 2.8.	5 шт.
1.8.	Кюретка типа CASPAR	пп.2.1., 2.9.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Кусачки костные (п.1.1.):

2.2.1. типа LUER,

2.2.2. бранши прямые,

2.2.3. длина 170-175мм.

2.3. Кусачки костные (п.1.2.):

2.3.1. типа LEMPERT,

2.3.2. бранши прямые,

2.3.3. длина 200мм.

2.4. Кусачки костные (п.1.3.):

2.4.1. типа TROTTER,

2.4.2. длина 200-205мм.

2.5. Кусачки костные (п.1.4.):

2.5.1. типа RUSKIN,

2.5.2. длина 190мм.

2.6. Кусачки костные (п.1.5.):

2.6.1. типа STILLE,

2.6.2. длина 230-235мм.

2.7. Кусачки костные (п.1.6.):

2.7.1. типа MAYFIELD,

2.7.2. длина 170-175мм.

2.8. Кюретка костная (п.1.7.):

2.8.1. типа CASPAR,

2.8.2. длина общая 220-230мм,

2.8.3. овальная,

2.8.4. ширина 4мм.

2.9. Кюретка костная (п.1.8.):

2.9.1. типа CASPAR,

2.9.2. длина общая 245-255мм,

2.9.3. зубчатая,

2.9.3. ширина 5мм.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (периостальные леваторы (распаторы))

Периостальные леваторы (распаторы)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Периостальные леваторы (распаторы):		
1.1.	Периостальный леватор типа JANSEN	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	Периостальный леватор типа LAMBOTTE	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	Периостальный леватор типа LAMBOTTE	пп.2.1., 2.4.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Периостальные леваторы (распаторы) (п.1.1.):

2.2.1. типа JANSEN,

2.2.2. длина 165-170мм.

2.3. Периостальные леваторы (распаторы) (п.1.2.):

2.3.1. типа LAMBOTTE,

2.3.2. длина 215мм,

2.3.3. ширина рабочей кромки 15мм.

2.4. Периостальные леваторы (распаторы) (п.1.3.):

2.4.1. типа LAMBOTTE,

2.4.2. длина 215мм,

2.4.3. ширина рабочей кромки 25мм.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (крючок острый дуральный, крючок для апоневроза и ножницы для рассечения твердой мозговой оболочки)

Крючок острый дуральный, крючок для апоневроза и ножницы для рассечения твердой мозговой оболочки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Крючки острые дуральные:		
1.1.	Крючок типа CAIRNS	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	Крючок для апоневроза пружинный типа YASARGIL	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3	ножницы по SCHMIEDEN-TAYLOR	пп.2.1., 2.4.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Крючок (п.1.1.):

2.2.1. острый,

2.2.2. дуральный,

2.2.3. угловой,

2.2.4. типа CAIRNS,

2.2.5. длина 130-140мм.

2.3. Крючок для апоневроза (п.1.2.):

2.3.1. большой,

2.3.2. с зажимом для белья,

2.3.3. типа YASARGIL

2.4. Ножницы (п.1.3.):

2.4.1. для рассечения твердой мозговой оболочки,

2.4.2. по SCHMIEDEN-TAYLOR,

2.4.3. общая длина 155мм.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (микроножницы)

Микроножницы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Микроножницы:		
1.1.	микродиссекторные ножницы типа YASARGIL	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	микроножницы типа YASARGIL	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	микроножницы типа YASARGIL	пп.2.1., 2.4.	5 шт.
1.4.	микроножницы типа YASARGIL	пп.2.1., 2.5.	5 шт.
1.5.	микроножницы типа NAGEL	пп.2.1., 2.6.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Микроножницы (п.1.1.):

2.2.1. микродиссекторные ножницы,

2.2.2. байонетные,

2.2.3. типа YASARGIL,

2.2.4. длина 180-185мм,

2.2.5. бранши прямые.

2.3. Микроножницы (п.1.2.):

2.3.1. байонетные,

2.3.2. остроконечные,

2.3.3. типа YASARGIL,

2.3.4. длина 200-205мм,

2.3.5. бранши прямые.

2.4. Микроножницы (п.1.3.):

2.4.1. байонетные,

2.4.2. остроконечные,

2.4.3. типа YASARGIL,

2.4.4. длина 200-205мм,

2.4.5. бранши с изгибом кверху.

2.5. Микроножницы (п.1.4.):

2.5.1. байонетные,

- 2.5.2. остроконечные,
- 2.5.3. типа YASARGIL,
- 2.5.4. длина 200-205мм,
- 2.5.5. бранши с изгибом книзу.

2.6. Микроножницы (п.1.5.):

- 2.6.1. байонетные,
- 2.6.2. остроконечные,
- 2.6.3. типа NAGEL,
- 2.6.4. длина 200-205мм,
- 2.6.5. бранши с латеральным кверху изгибом под 45°.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (ретракторы корешков нервов)

Ретракторы корешков нервов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ссылка на технические требования	Кол-во
1.	Ретракторы корешков нервов:		
1.1.	ретрактор типа CUSHING	пп.2.1., 2.2.	5 шт.
1.2.	ретрактор типа CASPAR	пп.2.1., 2.3.	5 шт.
1.3.	ретрактор типа LOVE	пп.2.1., 2.4.	5 шт.
1.4.	ретрактор типа LOVE	пп.2.1., 2.5.	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Данный инструментарий должен быть изготовлен из материалов, не изменяющих свойства после многократных циклов различных методов стерилизации, включая высокотемпературный (автоклавирование при температуре 134°C).

2.2. Ретракторы корешков нервов (п.1.1.):

2.2.1. прямой,

2.2.2. пуговчатый,

2.2.3. под углом 90°,

2.2.4. типа CUSHING,

2.2.5. длина 180-190мм.

2.3. Ретракторы корешков нервов (п.1.2.):

2.3.1. штыкообразный,

2.3.2. типа CASPAR,

2.3.3. длина 230-240мм,

2.3.4. ширина 5,5-6мм.

2.4. Ретракторы корешков нервов (п.1.3.):

2.4.1. штыкообразный,

2.4.2. типа LOVE,

2.4.3. длина 210-220мм.

2.5. Ретракторы корешков нервов (п.1.4.):

2.5.1. типа LOVE,

2.5.2. изогнутый под углом 45°,

2.5.3. длина 210-225мм.

Примечание:

- Допускается отклонение на 10 % по размерам инструментария.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.