

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

«Принадлежностей к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC 600/601», радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron EMC», ультразвуковому генератору «Sonoca 185, Soring, «ФОТЕК»»
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование		Количество
Лот-1	Нейтральный электрод с кабелем стерилизуемый к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC 600/601»		20 шт.
Лот-2	Монополярная рукоятка для электродов к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC 600/601»		50 шт.
Лот-3	Нейтральный электрод с кабелем стерилизуемый к радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron EMC»		4 шт.
Лот-4	Наконечник для электродов к радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron EMC»		20шт.
Лот-5	Наконечник UAW (макро-ручка к ультразвуковому генератору «Sonoca 185, Soring»	1. «двойной шарик» 2. «копытце» 3. «шпатель»	1 шт. 1 шт. 1 шт.
Лот-6	Электроды «нож» к монополярной рукоятке к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC 600/601»		100 шт.
Лот-7	Биполярные пинцеты к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC 600/601»		30 шт.
Лот-8	Электроды общего назначения к радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron EMC»:	1. «ножик» - скальпельный электрод 2. «волосок» - электрод с тонкой проволокой 3. «петля» - электрод с круглой петлёй	10 шт. 10 шт. 10 шт.
Лот 9	Кабель монополярный к ЭХВЧ «ФОТЕК-350-01»		2 шт.

2. Технические требования

2.1 Технические требования	
Лот 1 Нейтральный электрод с кабелем стерилизуемый к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC-600/601»-	
2.1	многоцветный, стерилизуемый, из токопроводящего силикона, с дополнительным кабелем не менее 3 м.
Лот 2 Монополярная рукоятка для электродов к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC-600/601»-	
2.2	двухкнопочная, с креплением не менее 4 мм с шестигранным фиксатором электрода, длина кабеля не менее 3 м.
Лот 3 Нейтральный электрод с кабелем стерилизуемый к радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron-EMC»	
2.3	многоцветный, стерилизуемый.
Лот 4 Наконечник для электродов к радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron-EMC»	
2.4	наконечник со стопорным патроном со стержнем не более 1/6 дюйма, длина кабеля не менее 2 м.

Лот 5 Наконечник UAW (макро-ручка к ультразвуковому генератору «Sonoca 185, Soring»:-

2.5.1	«двойной шарик»	1. рабочая длина не менее 61мм, 2. наружный диаметр не более 5мм, 3. внутренний диаметр не более 1,7 мм, 4. ирригация - внутренняя
2.5.2	«копытце»	1. рабочая длина не менее 60 мм, 2. наружный диаметр не менее 6мм, 3. внутренний диаметр не более 1,7 мм, 4. ирригация - внутренняя;
2.5.3	«шпатель»	1. рабочая длина не менее 60мм, 2. наружный диаметр не более 6х3,5мм, 3. внутренний диаметр не более 1,7 мм, 4. ирригация - внутренняя.

Лот 6 Электроды «нож» к монополярной рукоятке к ЭХВЧ-аппарату «Soring MBC-600/601»

2.6	форма электрода - прямой нож с боковым остриём, длина не более 65мм, крепление не более 4мм, размеры электрода не более 3,3х24мм.
-----	---

Лот 7 Биполярные пинцеты к ЭХВЧ-аппарату «Soring-MBC-600/601»

2.7	длина не менее 195мм, не более 8х2мм, форма наконечника - прямая, с кабелем не менее 3 м.
-----	---

Лот 8 Электроды общего назначения к радиоволновому хирургическому аппарату «Surgitron EMC»

2.8.1	«ножик» - скальпельный электрод	длина не более 1 дюйма, с валом не более 1/6 дюйма
2.8.2	«волосок» - электрод с тонкой проволокой	игла не менее 3/8 дюйма, с валом не более 1/6 дюйма
2.8.3	«петля» - электрод с круглой петлёй	диаметр не менее 1/4 дюйма, с валом не более 1/6 дюйма

Лот 9 Кабель монополярный к ЭХВЧ «ФОТЕК-350-01»

- 2.9.1. для проведения гистерорезектоскопических операций
2.9.2. разъем с одной стороны должен быть совместим с ЭХВЧ «ФОТЕК-350-01» и с другой стороны с резектоскопом «ЭлеПС»
2.9.3. длина кабеля не менее 3 м