

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лотки медицинские

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	лоток металлический прямоугольный для инструментов	штука	10

2. Технические требования ⁷:

1.1. лоток металлический прямоугольный для инструментов, размер 260*150*50 мм (+-10мм)

1.1.2. без ручки, без крышки

1.1.3. должен подвергаться дезинфекции и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лотки медицинские

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
2	лоток металлический прямоугольный для инструментов	штука	6

2. Технические требования ⁷:

1.1. лоток металлический прямоугольный для инструментов, размер 300*220*30 мм (+-10мм)

1.1.1. без ручки, без крышки

1.1.2. должен подвергаться дезинфекции и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий
на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лотки медицинские

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
3	лоток почкообразный	штука	20

2. Технические требования ⁷:

1.1. лоток почкообразный, размер 260*160*32 мм (+-10мм)

1.1.1. изготовлен из нержавеющей стали.

1.1.2. должен подвергаться дезинфекции и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий
на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий**Изделия медицинского назначения****(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))**

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
4	Расширитель трахеотомический	шт	1

2. Технические требования ⁷:**№1: Расширитель трахеотомический:**

1. Изогнутая форма.
2. Длина инструмента от 125 мм. до 132мм.
3. Изготовлен из нержавеющей стали или титана.
4. Многоразового применения.
5. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Наборы гигиенические для ротовой полости

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
Лот 5: Наборы гигиенические для ротовой полости		500 шт.
В составе:		
1.1	Аспирационная зубная щетка/ Зубная аспирационная щетка-тампон	
1.2	Емкость для антисептического раствора	
1.3	Аппликатор для увлажнения полости рта	
1.4	Система крепления набора к поверхности	

2. Технические характеристики:

- 2.1. Набор должен включать в себя разовые упаковки, содержащие необходимые приспособления для санации полости рта каждые 8 часов.
- 2.2. Все принадлежности должны быть одноразовыми.
- 2.3. Зубная аспирационная щетка-тампон должна иметь мягкую гофрированную головку с аспирационными каналами.
- 2.4. Аспирационная зубная щетка должна иметь возможность подсоединения к аспирации через коннектор.
- 2.5. Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

согласно документам по процедуре государственной закупки организатора

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Шейная лента для фиксации эндотрахеальной трубки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
6	Шейная лента для фиксации эндотрахеальной трубки	шт.	200

2. Технические характеристики:

- 2.1. Лента должна быть изготовлена из полимера, не вызывать раздражения кожи.
2.2. Лента должна быть предназначена для взрослых, регулироваться по длине.
2.3. Лента должна быть стерильной, одноразового применения, в индивидуальной упаковке.

2.4 Стандартная фиксирующая лента с регулируемой системой фиксации с застежкой-«липучкой»

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора:

упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Расходные материалы для проведения операций на сердце и сосудах

1. Состав (комплектация) ИМН

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) ИМН</i>	<i>Количество</i>
Лот №7 Чехол для оборудования прозрачный на резинке		2000 штук

2. Технические требования

Лот №1 Чехол для оборудования прозрачный на резинке
1. Круглый одноразовый прозрачный чехол 45-48 см в диаметре. 2. Фиксирующая резинка по краю. 3. Диаметр аппертуры чехла 14-16 см (в нерастянутом состоянии резинки). 4. Стерильные, в индивидуальной упаковке.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.