

Лот 3 1

Игла транссептальная

1. Состав

1.1. Игла транссептальная

BRK-1 или аналог

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1.1. Игла металлическая многоразовая транссептальная диаметром 18 G со стилетом.

2.1.2. Длина 71 см.

2.1.3. Наличие кривизны BRK-1 или аналогичной.

3. Требования к качеству товара и срокам годности (стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) на момент поставки не менее 2/3 общего срока годности (стерильности) изделий.

Лот 4 2

Электроды для дефибриляции

1. Состав:

1.1 Электрод для дефибриляции -10 шт.

1.2 Интродюсер совместимый с данным электродом-12шт.

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Коннектор типа 1-IS-1/1-DF-1

2.2. Длина -не менее 65 см

2.3. Фиксация-ввинчиваемый винтовой контакт

2.4. Дефибриллирующая спираль-правожелудочковая

2.5. Тип изоляции- силикон или двухкомпонентный силикон-полиуретановый полимер, сочетающий гибкость силикона и устойчивость к внешним воздействиям полиуретана

2.4. покрытие дистального кончика электрода – стероидное покрытие

2.8. диаметр – 7-9F

3. Требования к качеству товара и срокам годности (стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) на момент поставки не менее 2/3 общего срока годности (стерильности) изделий.

Лот № 3

Нейтральный электрод

1. Состав

- | | | |
|------|---|-------|
| 1.1. | Нейтральный электрод из токопроводящей резины | 1 шт. |
| 1.2. | Кабель совместимый с электродом и аблатором SmartAblate | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

- 2.1.1. Состав: токопроводящая резина
- 2.1.2. Площадь не менее 400 см²
- 2.1.3. Длина кабеля не менее 2,5 м
- 2.1.4. Разъём кабеля электрода типа ValleyLab*

3. Требования к качеству товара и срокам годности (стерильности):

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений