

Лот 1. Катетер 2-х просветный катетер для гемодиализа 12 F / 15см. Без набора

1. Состав (комплектация):

- 1.1. Катетер 2-х просветный катетер 12 F / 15см. Без набора - 1шт.
- 1.2. Градуированный J-образный проводник с проводчиком - 1шт.
- 1.3. Заглушки - 2шт.

2. Технические характеристики:

- 2.1. Катетер, состоящий из Y-образной двухпросветной пластиковой рентгеноконтрастной трубки.
- 2.2. Изготовлен из термочувствительного полиуретана, жесткого при введении, но при температуре тела приобретающего мягкость и гибкость для комфорта пациента.
- 2.3. В стерильной упаковке с одним J-образным проводником с проводчиком.
- 2.4. Длина проводника не менее 60 см.
- 2.5. Латеральное и терминальное отверстия предназначены для снижения рециркуляции и тщательно обработаны во избежание повреждения клеток крови и стенок сосудов.
- 2.6. Посантиметровая маркировка с 9 см до дистального кончика.
- 2.7. Наличие гибких крылышек для фиксации и полиуретановых удлинителей с зажимами.
- 2.8. Гибкий дистальный кончик.

Лот 2. Магистралы кровопроводящие для гемосорбции МКА 0/330*8,0 – МКВ 0 либо аналог.

1. Состав (комплектация):

- 2.1 Набор магистралей из ПВХ с силиконовой вставкой под роликовый насос с пластиковыми соединителями.

2. Технические характеристики:

- 2.1. Магистраль предназначена для подсоединения к кровопроводящей полости сорбционной колонки при внепочечном очищении крови, проводимой на перфузионном блоке на базе перистальтического насоса.
- 2.2 Коннекторы типа «Луер-Лок».
- 2.3 В магистрале есть узел инъекционный предназначен для ввода дополнительных инъекций.
- 2.4 В магистрале есть конусообразный фильтр, предназначен для удаления микрочастиц размером более 175 микрон с коэффициентом фильтрации не менее 80% при переливании не менее 1л консервированной крови 10 – 14-дневного срока хранения.

Лот 3. Набор для установки 2-х просветных катетеров для гемодиализа 12 F / 15см.

1. Состав (комплектация):

- 1.1. Катетер для постановки в центральную вену по методу Сельдингера – 1 шт.
- 1.2. Игла интродьюсер - 1шт.
- 1.3. Градуированный J-образный проводник с передвигчиком - 1шт.
- 1.4. Инъекционная заглушка - 2 шт.
- 1.5. Дилататор - 1шт.
- 1.6. Скальпель - 1шт.

2. Технические характеристики:

- 2.1. Катетер для постановки в центральную вену по методу Сельдингера в виде Y-образной двухпросветной пластиковой рентгеноконтрастной трубки.
- 2.2. Выполнен из термочувствительного полиуретана жесткого при введении, но при температуре тела приобретающего мягкость и гибкость для комфорта пациента.
- 2.3. Размер катетера 12 F – 150 мм.
- 2.4. Латеральное и терминальное отверстия предназначены для снижения рециркуляции и тщательно обработаны во избежание повреждения клеток крови и стенок сосудов.
- 2.5. Посантиметровая маркировка с 9 см до дистального кончика.
- 2.6. Наличие гибких крылышек для фиксации и полиуретановых удлинителей с зажимами.
- 2.7. Гибкий дистальный кончик.
- 2.8. Игла интродьюсер – длина 70 мм, диаметр 18 G.
- 2.9. J-образный проводник – длина не менее 50 см.
- 2.9. Инъекционная заглушка – возможность введения препаратов не снимая заглушки.
- 2.10. Стерильная упаковка.

Лот 4. Набор для установки 2-х просветных катетеров для гемодиализа 12 F / 20см.
1. Состав (комплектация):

- 1.1. Катетер для постановки в центральную вену по методу Сельдингера – 1шт.
- 1.2. Игла интродьюсер 1,1х1,4мм - 1шт.
- 1.3. Градуированный J-образный проводник с передвижкой - 1шт.
- 1.4. Инъекционная заглушка - 2шт.
- 1.5. Дилататор - 1шт.
- 1.6. Скальпель - 1шт.

2. Технические характеристики:

- 2.1. Катетер для постановки в центральную вену по методу Сельдингера в виде Y-образной двупросветной пластиковой рентгеноконтрастной трубки.
- 2.2. Выполнен из термочувствительного полиуретана жесткого при введении, но при температуре тела приобретающего мягкость и гибкость для комфорта пациента.
- 2.3. Размер катетера 12 F – 200мм.
- 2.4. Латеральное и терминальное отверстия предназначены для снижения рециркуляции и тщательно обработаны во избежание повреждения клеток крови и стенок сосудов.
- 2.5. Посантиметровая маркировка с 9см до дистального кончика.
- 2.6. Наличие гибких крылышек для фиксации и полиуретановых удлинителей с зажимами.
- 2.7. Гибкий дистальный кончик.
- 2.8. Игла интродьюсер – длина 70 мм, диаметр 18 G.
- 2.9. J-образный проводник – длина не менее 50см.
- 2.9. Инъекционная заглушка – возможность введения препаратов не снимая заглушки.
- 2.10. Стерильная упаковка.