

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ №1: Реагенты и расходные материалы к анализатору мочи

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	1. Тест-полоски LabStrip U12 mALB/CREA или аналог для мочи не менее 12 параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, креатинин, кровь, pH, нитриты, микроальбумин, лейкоциты. 2. В упаковке не менее 150 штук.	361 500 шт.
1.2	Суспензия контрольная для мочевых тест-полосок и осадка мочи (не менее 2-х уровней) (из расчета на 12 месяцев работы)	12240мл (6120мл-1-уровень, 6120мл-2-уровень)
1.3	1. Кювета UriSed или аналог (из расчета на 12 месяцев работы) 2. В упаковке не менее 600 штук	377 400 шт.
1.4	Моющий раствор для ежедневной очистки (содержащий гипохлорид натрия не менее 5 %)	11 500 мл

2. Технические требования:

- 2.1. По пункту 1.1: Каждая партия тест-полоски должна быть снабжена код-чипом.
- 2.2. Предлагаемые тест-полоски LabStrip U12 mALB/CREA, суспензия контрольная, кюветы и моющий раствор должны быть предназначены для применения на анализаторе мочи LabUMat 2 (п.1.1, п.1.2, п.1.4), UriSed 3 PRO (п.1.2, п.1.3, п.1.4) пр-ва 77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия, либо могут быть предложены аналогичные тест-полоски, контрольный и расходный материал с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды).

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.3.1	Должен обеспечивать работу для качественного и полуколичественного анализа физико-химических свойств мочи в автоматическом режиме
2.3.2	Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, креатинин, кровь, pH, нитриты, микроальбумин, лейкоциты.
2.3.3	Тип исследуемых образцов: моча
2.3.4	Интерфейс на русском языке
2.3.5	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
2.3.6	Производительность не менее 100-150 образцов в час (осадок)
2.3.7	Производительность не менее 200-250 полосок в час (физико-химич. свойства)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Срок годности реагентов на момент поставки: согласно документам организатора.
- 3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно документам организатора.