

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

22.06.2026 № 4-17/247

На № _____ ад _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Расходные материалы для реанимации»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **25.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения**Расходные материалы для реанимации**

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Электроды одноразовые терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых	Электроды одноразовые терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых	30 шт.
Лот №2 Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления	размер: 8,0	150 шт.
	Размер: 7,5	150 шт.
Лот №3 турникеты (регуляторы) для инфузии под давлением (под пакет 0,5 л)	турникеты (регуляторы) для инфузии под давлением (под пакет 0,5 л)	10 шт.
Лот №4 Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая)	Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая), размер 3 (30-60 кг).	7 шт.
	Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая), размер 4 (50-90 кг)	7 шт.
	Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая), размер 5 (более 90 кг)	7 шт.
Лот №5 Набор для коникотомии (минитрахеотомии)	1. скальпель 2. трахеостомическая трубка / канюля 3. тесьма 4. шприц 5. дилататор / интродьюсер Наличие дополнительных принадлежностей и/или элементов (фиксирующих элементов (лент/полосок) и т.д.) определяет производитель;	6 шт.
Лот № 6 Ларингоскоп однократного применения	Ларингоскоп однократного применения	20 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1
2.1. Электроды терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых совместимые с дефибриллятором-монитором «Mindray uMED 20».

2.2. Электроды терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых – применяются для дефибрилляции, мониторинга или наружной стимуляции.
2.3. Однократного применения.
Лот №2
2.1. Материал трубки – прозрачный материал.
2.2. Наличие делений для определения глубины интубации;
2.3. Наличие размер внутреннего диаметра трубки.
2.4. Наличие рентгенконтрастной линии на трубке;
2.5. Атравматичный дистальный конец.
2.6. Наличие окошка Мерфи на дистальном конце.
2.7. Наличие манжеты большого объема низкого давления; наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном и Luer-Lock соединения.
2.8. Наличие дополнительного канала для аспирации содержимого из надманжеточного пространства.
2.9. Все расходные материалы – стерильны, предназначены для одноразового применения, упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку.
Лот №3
2.1. Компрессионный инфузор должен применяться в операционных, послеоперационных и реанимационных палатах.
2.2. Компрессионный инфузор должен обеспечивать ускоренную подачу жидкости.
2.3. Конструктивно должен состоять из камеры- манжеты, прозрачной закрывающей манжету пластины, резиновой груши (для ручного нагнетания воздуха в манжету), манометра.
2.4. Компрессионный инфузор должен обеспечивать сдавление пластиковых пакетов с инфузионными и трансфузионными средами.
2.5. Прибор должен крепиться к штативу.
2.6. Прибор должен быть укомплектован регулятором давления в диапазоне от 0 до не менее 300 мм.рт.ст
2.8. Ёмкость камеры для компрессии - 500мл.
Лот №4
2.1. Одноразовая, стерильная ларингеальная маска (надгортанный воздуховод).
2.2. Прозрачный материал ларингеальной маски (надгортанный воздуховод).
2.3. Манжета изготовленная из термопластичного материала для создания ненадувного анатомического уплотнения структур глотки, гортани и окологлотки.
2.4. Гипоаллергенный материал.
2.5. Стандартный 15 мм коннектор на дыхательной трубке.
2.6. Отсутствие латекса в изделии.
2.7. Маркировка веса пациента на ларингеальной маске (надгортанный воздуховод).
Лот №5
2. 1. Трахеостомическая трубка / канюля диаметром 3-6 мм;
2. 2. Стерильно упакован;
2.3. Одноразового использования.
Лот №6
2.1.Устройство полностью готово к использованию сразу после вскрытия упаковки, не требует сборки рукоятки и клинка.
2.2.Тип клинка ларингоскопа Macintosh.
2.3.Клинок должен иметь гладкую поверхность с защитой для зубов (термопластичного эластомера) или аналогичного материала.
2.4.Размер клинка 4 - для взрослых.
2.5.Источник света - светодиод (LED). Расположен на дистальном конце клинка.
2.6.Встроенные батареи электропитания.
2.7.Наличие механического выключателя (On/Off).
2.8. Однократного использования.
2.9.Каждое устройство должно быть упаковано в индивидуальную стерильную (или гигиеническую) блистерную упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке и хранении ..

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора