

Технические характеристики (описание)
«Емкость (контейнер) для секрета»

ЛОТ №1

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Емкость (контейнер) для секрета	шт.	10 шт.

2. Технические требования

2.1	Должна быть предназначена для применения совместно с вакуумными (эжекторными) аспираторами в операционных, палатах реанимации и интенсивной терапии для сбора секретов, жидкостей, отсасываемых масс.
2.2	Должна быть изготовлена из ударопрочного материала, устойчивого к падениям и повреждениям
2.3	Должна быть оснащена защитным клапаном, исключающим переполнение и загрязнение частей аспиратора, разъемов и центральной системы вакуума.
2.4	Объем емкости не менее 1200 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1.

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском языке.

А.