

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора
электролитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация)		Количество (объем) закупаемых товаров
1	2		3
Лот № 1 Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора электролитов	1.1	Картриджи с реагентами, позволяющие проводить одновременное измерение электролитов: К, Na, Cl, iCa (ионизированный кальций или Ca^{++})	5 400 тестов
	1.2	Контрольный (не менее 2-х уровней)	Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля качества по всем уровням в течение 1 года (365 дней)
	1.3	Вспомогательные расходные материалы, растворы, калибраторы при необходимости	Комплекты в соответствии с количеством исследований (5 400)

2. Технические характеристики

2.1.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы, вспомогательные расходные материалы, растворы, калибраторы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п. 1 заявки на закупку.

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию.

2.2.1.*	Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: К, Na, Cl, iCa (ионизированный кальций или Ca^{2+})
2.2.2	Типы исследуемых образцов: сыворотка крови, моча, цельная кровь
2.2.3	Функция автоматической калибровки анализатора
2.2.4	Функция автоматического флажирования патологических результатов
2.2.5	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
2.2.6	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему
2.2.7	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

2.2.8	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований
2.2.9	Порт для подключения внешних устройств
2.2.10	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.2.11	Интерфейс на русском языке
2.2.12	Картридж с реагентами (п. 1.1) должен иметь стабильность на борту анализатора не менее 25 дней и должен быть рассчитан на выполнение 150–500 исследований
2.2.13*	Источник бесперебойного питания в комплекте
2.2.14*	Принтер, при отсутствии встроенного

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.