

Лот 14

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли- чество
1	Набор реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	исслед	672
	Итого		672

2. Технические требования:

2.1. Набор предназначен для выявления методом ПЦР в биологическом материале и объектах окружающей среды ДНК Legionella pneumophila с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени.

2.2. Должен быть применим на приборной базе детекции - амплификаторе Rotor-Gene 6000 или CFX96, или ДТ-96.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности : остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.