

Технические характеристики (описание) предмета закупки

1. Технические требования:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для чрескожной эндоскопической гастростомии, в составе одного набора:	шт.	15
1.1	- трубка гастростомическая с наружным диаметром 24 Fr	шт.	1
1.2	- скользящий внешний фиксатор для закрепления стомы на коже живота	шт.	1
1.3	- игла проводника	шт.	1
1.4	- петлевой проводник для установки	шт.	1
1.5	- зажим для перекрытия гастростомической трубки	шт.	1
1.6	- петля эндоскопическая	шт.	1

2. Технические характеристики (описание), требования:

2.1. Метод постановки PULL.

2.2. Наружный диаметр гастростомической трубки 24 Fr

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.2. Изделие должно поставляться в стерильном виде. Данная характеристика должна быть указана в официальной инструкции.

3.3. Срок годности не менее 80% от установленного заводом-производителем.

4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Врач-терапевт (заведующий) ОПМП
Дата подачи заявки 01.06.2026



И.П.Сидоренко