

Лот 6**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 12980	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначены для определения ростовых свойств питательных сред при проведении бактериологических исследований.

2.2. Фасовка товара: во флаконах (ампулах) не менее 1 штуки (твердого диска или пеллета).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться документом (паспорт, сертификат, спецификация, протокол испытаний и др.), характеризующим эксплуатационные свойства штамма микроорганизма.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 7**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	<i>Micobacterium terrae</i> ATCC 15755	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначены для определения ростовых свойств питательных сред при проведении бактериологических исследований.

2.2. Фасовка товара: во флаконах (ампулах) не менее 1 штуки (твердого диска или пеллета).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться документом (паспорт, сертификат, спецификация, протокол испытаний и др.), характеризующим эксплуатационные свойства штамма микроорганизма.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли- чество
1.	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC 393	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначены для определения ростовых свойств питательных сред при проведении бактериологических исследований.

2.2. Фасовка товара: во флаконах (ампулах) не менее 1 штуки (твердого диска или пеллета).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться документом (паспорт, сертификат, спецификация, протокол испытаний и др.), характеризующим эксплуатационные свойства штамма микроорганизма.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 9

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли- чество
1.	<i>Bifidobacterium breve</i> ATCC 15700	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначены для определения ростовых свойств питательных сред при проведении бактериологических исследований.

2.2. Фасовка товара: во флаконах (ампулах) не менее 1 штуки (твердого диска или пеллета).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться документом (паспорт, сертификат, спецификация, протокол испытаний и др.), характеризующим эксплуатационные свойства штамма микроорганизма.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 11**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	<i>Bacillus cereus</i> ATCC 10874	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначены для определения ростовых свойств питательных сред при проведении бактериологических исследований.

2.2. Фасовка товара: во флаконах (ампулах) не менее 1 штуки (твердого диска или пеллета).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться документом (паспорт, сертификат, спецификация, протокол испытаний и др.), характеризующим эксплуатационные свойства штамма микроорганизма.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 12**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	<i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC 27729	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначены для определения ростовых свойств питательных сред при проведении бактериологических исследований.

2.2. Фасовка товара: во флаконах (ампулах) не менее 1 штуки (твердого диска или пеллета).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товар должен сопровождаться документом (паспорт, сертификат, спецификация, протокол испытаний и др.), характеризующим эксплуатационные свойства штамма микроорганизма.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.