

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1 Вискоэластичный офтальмологический раствор на основе гиалуроната натрия с удерживающим зажимом для проведения хирургических процедур на переднем отрезке глаза – 2500 шт.

-состав может быть доукомплектован дополнительными элементами, необходимыми для полноценной работы

2. Технические требования:

- 1) Стерильный апиrogenный раствор высокоочищенного гиалуроната натрия 1,6% (16 мг/мл)
- 2) Вязкость раствора: $55\,700 \pm 8\,200$ сП
- 3) Осмолярность: 340 ± 5 миллиосмолей.
- 4) Раствор должен быть стерильно отфильтрован и асептически помещён в шприц.
- 5) Форма выпуска: стерильная упаковка должна включать стеклянный шприц с объёмом раствора от 0,8 мл до 1,0 мл, канюлю для введения с удерживающим зажимом для безопасной фиксации.
- 6) Информация должна быть подтверждена инструкцией по применению или другим документом.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. ~~наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.