

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Автоматическая система клинического электрофореза и иммунофиксации (1 комплект)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во на 1 комплект
1.1.	Автоматическая система клинического электрофореза и иммунофиксации	шт	1
1.2.	Источник бесперебойного питания	шт	1
1.3.	Стартовый набор реагентов исходя из 100 проб		1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Полностью автоматизированный цикл исследования от момента постановки пробирки с образцом на борт анализатора до распечатки результатов по пациентам.

2.2. Возможность проведения анализа из первичной пробирки.

2.3. Автоматическая система электрофореза должна позволять проводить следующие исследования: белков сыворотки, мочи и спинномозговой жидкости не менее 6 фракций, в том числе с высоким разрешением.

2.4. Белки мочи должны определяться без концентрирования мочи.

2.5. Возможность идентификации типа тяжелых (тип иммуноглобулинов) и свободных легких цепей; бедного по углеводным остаткам трансферина; типирование гемоглобинопатий.

2.6. Капилляры для электрофореза должны быть многоразовыми. Световая система идентификации режима работы анализатора.

2.7. Возможность дозагрузки в процессе анализа без остановки прибора.

2.8. Анализатор должен быть оснащен автоматической системой очистки и промывки, не требующей вмешательства оператора.

2.9. Система обработки результатов анализа должна: проводить количественное определение параметров и определение расчетных показателей; проводить контроль качества с построением графиков Леви-Дженнигса и составлением статистических отчетов; иметь возможность редактирования данных; иметь возможность ведения базы данных результатов анализов с мульти-параметровым поиском.

2.8. Возможность одновременной загрузки не менее 20 образцов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.