

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Воротник рентгенозащитный для взрослых, Pb 0.35 мм	Штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,35 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 2.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Воротник рентгенозащитный для взрослых, Pb 0.5 мм	Штука	74

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 3.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Воротник рентгенозащитный для детей, Pb 0.5 мм	Штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «ребёнок/дети»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 4.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Накидка (пелерина) рентгенозащитная для взрослых, Pb 0.5 мм	Штука	8

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 5.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Накидка (пелерина) рентгенозащитная для детей, Pb 0.5 мм	Штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «ребёнок/дети»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 6.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Шапочка рентгенозащитная, Pb 0.5 мм	Штука	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 7.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фартук рентгенозащитный односторонний для взрослых, Pb 0.5 мм	Штука	41

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 8.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фартук рентгенозащитный односторонний для детей, Pb 0.5 мм	Штука	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «ребёнок/дети»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 9.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фартук рентгенозащитный двухсторонний закрытый для взрослых, Pb 0.5 мм	Штука	28

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Передняя сторона, свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Задняя сторона, свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,25 мм;

2.3. Соответствие свинцовых эквивалентов рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.4. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.5. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.6. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка;

2.7. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.8. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 10.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фартук (передник) рентгенозащитный гонадный для взрослых, Pb 0.5 мм	Штука	36

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Крепёжный элемент – «разомкнутый обруч» или регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 11.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фартук (передник) рентгенозащитный гонадный для детей, Pb 0.5 мм	Штука	18

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Крепёжный элемент – «разомкнутый обруч» или регулируемая застежка;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «ребёнок/дети»;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 12.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фартук рентгенозащитный стоматологический, Pb 0.35 мм	Штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,35 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.6. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 13.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Юбка (фартук) рентгенозащитная для взрослых, Pb 0.5 мм	Штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек» с перекрытием краёв («двойная защита») не менее чем на 1/3;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 14.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Юбка (фартук) рентгенозащитная для детей. Pb 0.5 мм	Штука	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.6. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «ребёнок/дети» с перекрытием краёв («двойная защита») не менее чем на 1/3;

2.7. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 15.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Жилет рентгенозащитный, Pb 0.35 мм	Штука	9

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Передняя сторона, свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,35 мм;

2.2. Остальная поверхность, свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,25 мм;

2.3. Соответствие свинцовых эквивалентов рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.4. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.5. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.6. Фиксирующий элемент – регулируемая застежка «липучка»;

2.7. Размер – соответствие национальному и/или европейскому стандарту размеров «взрослый человек»;

2.8. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 16.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Очки рентгенозащитные, Pb 0.75 мм	Штука	9
2.	Индивидуальный футляр для хранения очков рентгенозащитных	Штука	9

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Очки рентгенозащитные:

2.1.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,75 мм;

2.1.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному;

2.1.3. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.2. Индивидуальный футляр для хранения:

2.2.1. Жесткий корпус, защищающий очки от механических повреждений;

2.2.2. Внутренняя подкладка, исключая повреждение линз очков.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 17.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Перчатки рентгенозащитные, Pb 0.5 мм	Пара	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 0,50 мм;

2.2. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.3. Сохранение эластичности материала на протяжении срока эксплуатации;

2.4. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.5. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Лот 18.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – один набор (всего 8 наборов).

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Пластина рентгенозащитная «малая», Pb 1.0 мм	Штука	1
2.	Пластина рентгенозащитная «средняя», Pb 1.0 мм	Штука	1
3.	Пластина рентгенозащитная «большая», Pb 1.0 мм	Штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пластины рентгенозащитные:

2.1.1. Пластина рентгенозащитная «малая» – площадь пластины от $200 \pm 50 \text{ см}^2$ до $350 \pm 50 \text{ см}^2$;

2.1.2. Пластина рентгенозащитная «средняя» – площадь пластины от $400 \pm 50 \text{ см}^2$ до $550 \pm 50 \text{ см}^2$;

2.1.3. Пластина рентгенозащитная «большая» – площадь пластины не менее $600 \pm 50 \text{ см}^2$;

2.2. Свинцовый эквивалент (Pb, мм) – не менее 1.0 мм;

2.3. Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному – наличие документального подтверждения;

2.4. Материал – устойчивый к механическим воздействиям;

2.5. Поверхность – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь;

2.6. Наличие инструкции по применению/эксплуатации (дезинфицирующая обработка/уход) на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет;

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и соответствия защитных свойств – не менее 2-х лет;

3.3. Срок действия сертификата соответствия свинцового эквивалента – не менее 18 месяцев на дату поставки.

Разработчик:

Главный внештатный специалист

ГУЗО Брестского облисполкома

по лучевой диагностике и лучевой терапии



А.Г.Рачкевич