

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Видеогастроскоп с принадлежностями
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Видеогастроскоп	шт.	1

2. Технические требования: Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
2.1	Угол поля зрения в обычном режиме	Не менее 145 ⁰
2.2	Вводимая и дистальная часть	9,0±0,5 мм
2.3	Рабочий канал	Не менее 2,8 мм
2.4	Глубина резкости	3-100 мм
2.5*	Полная совместимость с имеющимся оборудованием в лечебном учреждении производства Olympus	Совместимость с системой CV-V1

«*» Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

4.3. обязательно предоставить руководство пользователя на русском языке.