

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чонгарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 23.06.2026 № 4-14/248 ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Электроэнцефалограф»** (см. Приложение 1) *в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преysкурaнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **26.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Электроэнцефалограф

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Электроэнцефалограф в комплекте:		
1.1	Регистрирующий блок ЭЭГ	шт.	1
1.2	Кабель соединения с компьютером	шт.	1
1.3	Штатив для блока ЭЭГ	шт.	1
1.4	Светодиодный фотостимулятор на стойке	шт.	1
1.5	ЭЭГ электрод скальповый мостиковый	шт.	24
1.6	ЭЭГ электрод ушной (на клипсе)	шт.	2
1.7	Устройство фиксации электродов (шлем-сетка универсальный размер)	шт.	2
1.8	Программа для регистрации и анализа ЭЭГ на внешнем носителе	шт.	1
1.9	Машины вычислительные электронные персональные (ПЭВМ):		
1.9.1	- Системный блок	шт.	1
1.9.2	- Монитор	шт.	1
1.9.3	- Клавиатура,	шт.	1
1.9.4	- Мышь	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Программное обеспечение:	
2.1.1	Количество каналов ЭЭГ, шт.	21 ЭЭГ + 2 ушных ЭЭГ
2.1.2*	Совместимость с существующей базой данных Центра коллективного пользования учреждения с уже эксплуатируемым заказчиком программным обеспечением производства ООО «Мицар» с возможностью удаленного просмотра, обработки, включая изменения монтажей и фильтрации, описания ЭЭГ врачом Центра	Наличие
2.1.3	Диапазон частот нижняя граница, Гц	0,05 до 0,1
2.1.4	Диапазон частот верхняя граница, Гц	70 и более
2.1.5	Разъем универсальный для подключения стандартной электродной шапочки	Наличие
2.1.6	Оперативный контроль подэлектродных импедансов на экране ПК и на передней панели прибора	Наличие
2.1.7	Связь с ПК в проводном режиме: интерфейс USB	Наличие
2.1.8	Связь с ПК в беспроводном режиме: интерфейс Bluetooth/ WI- FI	Наличие
2.1.9	Одновременная регистрация произвольного количества ЭЭГ отведений и значений электродного импеданса	Наличие
2.1.10	Произвольный выбор референтного электрода, отдельные и соединенные уши, вертекс, отдельный референт, усредненный электрод	Наличие
2.1.11	Автоматические сценарии обследования с пробами, фоновая ЭЭГ, глаза открыты, глаза закрыты, фотостимуляция, гипервентиляция, позволяющие работать по шаблону	Наличие
2.1.12	Плавный (скроллинг) и постраничный просмотр записи	Наличие