

Приложение №1
к заявке на закупку
анализатор глюкозы и лактата
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Анализатор глюкозы и лактата
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.	Автоматический анализатор глюкозы	шт.	1
2.	Комплект реагентов, расходных материалов	иссл.	3 000
3.	Комплект контрольных материалов	комплект	1
4.	Комплект калибровочных материалов (при потребности, согласно инструкции по эксплуатации)	комплект	1
5.	Источник бесперебойного питания	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№	Наименование	Параметры
1.	Автоматический анализатор глюкозы и лактата	1. Метод измерения – электрохимический (ферментативно-амперометрический). 2. Диапазон измерений глюкозы-не менее 0,5-50 ммоль/л 3. Диапазон измерений лактата-не менее 0,5-30 ммоль/л 4. Объем образца-не более 20 мкл 5. Производительность-не менее 60 проб/час 6. Тип пробы- кровь, плазма, сыворотка 7. Количество позиций - не менее 12-ти для проб, не менее 1 для калибратора (стандарта) и не менее 2-х для контрольного материала 8. Настройка контрольных пределов (нижний и верхний пределы)-наличие 9. Принтер-наличие 10. Возможность выполнения различных видов калибровки-наличие 11. Выбор языка-русский 12. Возможность срочных анализов-наличие
2.	Комплект контрольных материалов	не менее двух уровней

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. Предлагаемые медицинские изделия должны иметь регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь или находиться в процессе регистрации (перерегистрации) в Республики Беларусь на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021г № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.