

**Технические характеристики (описание)
Перевязочные материалы (бинты) для УЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Ориентировочный размер *</i>	<i>Количество, штук</i>
ЛОТ №1 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые нестерильные	5,0м* x 100мм+/-5мм	650 000
	7,0м* x 140мм+/-10мм	597 000
ЛОТ №2 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые нестерильные	10,0м* x 50мм+/-5мм	21 000
ЛОТ №3 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые стерильные	5,0м* x 100мм+/-5мм	23 000
	7,0м* x 140мм+/-10мм	29 000
ЛОТ №4 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли нестерильные	5,0м* x 100мм+/-5мм	34 000
	7,0м* x 140мм+/-10мм	53 000
ЛОТ №5 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли стерильные	5,0м* x 100мм+/-5мм	1 210
	7,0м* x 140мм+/-10мм	2 100
ЛОТ №6 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями вязаные нестерильные	5,0м* x 100мм+/-5мм	36 600
	7,0м* x 140мм+/-10мм	77 600
ЛОТ №7 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями вязаные стерильные	5,0м* x 100мм+/-5мм	1 160
	7,0м* x 140мм+/-10мм	2 260
ЛОТ №8 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями для турунд нестерильные	10,0м* x 10,0мм+/-2мм	1 620
	10,0м* x 20,0мм+/-2мм	760
	20,0м* x 10,0мм+/-2мм	905
	20,0м* x 20,0мм+/-2мм	2 600
ЛОТ №9 Бинты медицинские эластичные фиксирующие тканые нестерильные	2,5м* x 70,0мм+/-5мм в вытянутом состоянии длина не менее 5м	795
	2,5м* x 100,0мм+/-5мм в вытянутом состоянии длина не менее 5м	5 452
	3,5м* x 100,0мм+/-5мм в вытянутом состоянии длина не менее 7м	720
ЛОТ №10 Бинты медицинские эластичные фиксирующие вязаные нестерильные	2,5м* x 100,0мм+/-5мм в вытянутом состоянии длина не менее 5м	946
	3,5м* x 100,0мм+/-5мм в вытянутом состоянии длина не менее 7м	350
ЛОТ №11 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№0: палец длина не менее 1м	60
ЛОТ №12	№1: ладонь, палец, стопа	1380

Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	длина не менее 1м	
ЛОТ №13 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№2: локоть, плечо, предплечье, ладонь, голень длина не менее 1м	4 650
ЛОТ №14 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№3: плечо, колено длина не менее 1м	3 790
ЛОТ №15 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№4: голова, плечо длина не менее 1м	8 060
ЛОТ №16 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№5: бедро и мускулы, брюшная полость, голова, плечо, грудная клетка и спина, таз и седалищная область длина не менее 1м	9 075
ЛОТ №17 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№6: спина, подмышка, брюшная полость, бедро длина не менее 1м	5 485
ЛОТ №18 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№7: грудь, живот, бедро длина не менее 1м	1 300
ЛОТ №19 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые	№8: спина, таз, брюшная полость, бедро (ширина 23см) длина не менее 1м	210

** Отрицательное отклонение по длине бинтов не должно превышать 8%, отклонение в сторону увеличения длина бинтов не ограничивается.*

2. Технические требования:

ЛОТ №1 и ЛОТ №2

Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые нестерильные

- 2.1 Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
- 2.2. Бинты должны быть нестерильными.
- 2.3. Бинты должны быть ткаными.
- 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м. Допускаемые отклонения по поверхностной плотности могут быть не менее минус 5%.
- 2.5. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
- 2.6. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 7 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
- 2.7. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
- 2.8. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
- 2.9. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.

ЛОТ №3

Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые стерильные

- 2.1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
- 2.2. Бинты должны быть стерильными.
- 2.3. Бинты должны быть ткаными.
- 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м. Допускаемые отклонения по поверхностной плотности могут быть не менее минус 5%.
- 2.5. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
- 2.6. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 6 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.

2.7. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.8. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н. 2.9. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.
ЛОТ №4 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли нестерильные
2.1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Бинты должны быть нестерильными. 2.3. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м². Допускаемые отклонения по поверхностной плотности могут быть не менее минус 5%. 2.4. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 7 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек. 2.5. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н. 2.7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.
ЛОТ №5 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли стерильные
2.1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Бинты должны быть стерильными. 2.3. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м². Допускаемые отклонения по поверхностной плотности могут быть не менее минус 5%. 2.4. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 6 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек. 2.5. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н. 2.7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.
ЛОТ №6 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями вязанные нестерильные
2.1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Бинты должны быть нестерильными. 2.3. Бинты должны быть вязаными (трикотажными). 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 25 г/м. 2.5. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране. 2.6. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 7 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек. 2.7. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.8. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н. 2.9. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.
ЛОТ №7 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями вязанные стерильные
2.1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Бинты должны быть стерильными. 2.3. Бинты должны быть вязаными (трикотажными). 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 25 г/м². 2.5. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.

- 2.6. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 6 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
- 2.7. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
- 2.8. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 50Н.
- 2.9. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.

ЛОТ №8

Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями для турунд нестерильные

- 2.1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
- 2.2. Бинты должны быть нестерильными.
- 2.3. Бинты должны представлять собой полую ленту.
- 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м.
- 2.5. Бинты должны обеспечивать капиллярность не менее 7 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.
- 2.6. Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
- 2.7. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
- 2.8. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.

ЛОТ №9

Бинты медицинские эластичные фиксирующие тканые нестерильные

- 2.1. Бинты должны быть изготовлены из полиамидных и вискозных нитей, без применения эластомерных нитей.
- 2.2. Бинты должны быть нестерильными.
- 2.3. Бинты должны быть ткаными.
- 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотностью не менее 40 г/м².
- 2.5. Бинты должны обладать продольной растяжимостью от 30 до 160%.
- 2.6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 58Н.
- 2.7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.

ЛОТ №10

Бинты медицинские эластичные фиксирующие вязанные нестерильные

- 2.1. Бинты должны быть изготовлены из полиамидных и вискозных нитей, без применения эластомерных нитей.
- 2.2. Бинты должны быть нестерильными.
- 2.3. Бинты должны быть вязаными (трикотажными).
- 2.4. Бинты должны иметь поверхностную плотностью не менее 40г/м².
- 2.5. Бинты должны обладать продольной растяжимостью от 30 до 160%.
- 2.6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 58Н.
- 2.7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов для обеспечения сохранности качества.

ЛОТ №11-ЛОТ №19

Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые

- 2.1. Бинты должны быть изготовлены с применением эластомерных нитей в сочетании с натуральными или химическими нитями.
- 2.2. Бинты должны быть вязаными (трикотажными).
- 2.3. Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 150 г/м².
- 2.4. Бинты должны обладать продольной и поперечной растяжимостью. Продольная растяжимость должна быть не менее 300%.
- 2.5. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 49Н.
- 2.6. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

3.3. предоставление поставщиком на каждую партию реализуемой продукции протоколов (актов) контроля качества, проведенного в лабораториях Республики Беларусь, аккредитованных на проведение испытаний данной продукции (согласна письма МЗ РБ от 17.04.2015 года №01-04-21/3856).

**Технические характеристики (описание)
Перевязочные материалы (марля) для УЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Ориентировочный размер *</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ № 20 Отрезы марлевые медицинские хлопчатобумажные	3м+/-1% x 90см+/-1,5см	3000 шт.
	5м+/-1% x 90см+/-1,5см	23 000 шт.
	10м+/-1% x 90см+/-1,5см	68 000 шт.
ЛОТ № 21 Марля медицинская хлопчатобумажная	90+/-1,5см x 800-1300м	1 110 000 м.п.

* Отрицательное отклонение по длине не должно превышать 8%, отклонение в сторону увеличения длина не ограничивается.

2. Технические требования:

ЛОТ №20 Отрезы марлевые медицинские хлопчатобумажные
2.1. Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м². 2.3. Марля должна обеспечивать капиллярность не менее 10 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек. 2.4. Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.5. Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н. 2.6. Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %. 2.7. Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%. 2.8. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%. 2.9. Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин. 2.10. Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки. 2.11. Массовая доля жировых веществ не более 0,3%. 2.12. Влажность от 5 до 8,5%. 2.13. Зольность не более 0,3%. 2.14. Марля не должна содержать аппретирующих веществ. 2.15. Марля должна быть белизной не менее 80%. 2.16. Степень устойчивости белизны не более 10%. 2.17. Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.
ЛОТ №21 Марля медицинская хлопчатобумажная
2.1. Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м². 2.3. Марля должна обеспечивать капиллярность не менее 10 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек. 2.4. Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.5. Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н. 2.6. Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %. 2.7. Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%. 2.8. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%. 2.9. Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин. 2.10. Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки. 2.11. Массовая доля жировых веществ не более 0,3%. 2.12. Влажность от 5 до 8,5%. 2.13. Зольность не более 0,3%.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">2.14. Марля не должна содержать аппретирующих веществ.2.15. Марля должна быть белизной не менее 80%.2.16. Степень устойчивости белизны не более 10%.2.17. Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества. |
|---|

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

3.3. предоставление поставщиком на каждую партию реализуемой продукции протоколов (актов) контроля качества, проведенного в лабораториях Республики Беларусь, аккредитованных на проведение испытаний данной продукции (согласна письма МЗ РБ от 17.04.2015 года №01-04-21/3856).