

*Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий*

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Микротом полуавтоматический	шт	1
2	Держатель одноразовых лезвий	шт	1
3	Стандартный зажим образца	шт	1
4	Универсальный кассетный зажим	шт	1
5	Лоток для отходов	шт	1
6	Ключ шестигранный для обслуживания	шт	1
7	Плавкий предохранитель	шт	2
8	Пылевой чехол	шт	1
9	Шнур питания	шт	1
10	Руководство пользователя	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1	Диапазон толщины среза не менее	0.25-100 мкм
2.2	Шаг настройки толщины среза не хуже, чем	0.25 – 2.5 мкм, шаг 0.25 мкм 2.5 – 5 мкм, шаг 0.5 мкм 5 – 10 мкм, шаг 1 мкм 10 – 30 мкм, шаг 2 мкм 30 – 60 мкм, шаг 5 мкм 60 – 100 мкм, шаг 10 мкм
2.3	Диапазон толщины подрезки (тримминга) не менее:	1-600 мкм
2.4	Шаг настройки толщины подрезки не хуже, чем	1 – 10 мкм шаг 1 мкм 10 – 20 мкм шаг 2 мкм 20 – 50 мкм шаг 5 мкм 50 – 150 мкм шаг 10 мкм 150 – 600 мкм шаг 50 мкм
2.5	Погрешность толщины резки и подрезки	Не более 1%

2.6	Расстояние отвода (ретракции)	Настраиваемый, в диапазоне 0 – 100 мкм
2.7	Шаг настройки расстояния отвода (ретракции)	0 – 20 мкм шаг 5 мкм 20 – 100 мкм шаг 10 мкм
2.8	Минимальный параметр толщины сечения	0.25 мкм
2.9	Диапазон подсчета количества срезов	0 – 9999
2.10	Горизонтальная подача образца не менее	30 мм
2.11	Вертикальное перемещение образца не менее	70 мм
2.12	Сохранение положений держателя образца в памяти прибора	Наличие
2.13	Максимальные размеры образца не менее	57х70 мм
2.14	Угол поворота исследуемого образца в координатах X, Y не менее	8°
2.15	Вращение держателя образца	360°
2.16	Цифровой маховик регулировки скорости подачи образца с настройкой скорости	Наличие
2.17	Система защиты рук	Наличие
2.18	Диапазон скорости подачи образца	Настраиваемый в пределах 100 – 1000 мкм/с
2.19	Мощность:	Не более 100 Вт

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Гарантийный срок не менее 12 мес.