

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1: Реагенты и расходные материалы для иммунохемилюминесцентных исследований (годовой комплект).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование расходного материала	Ед. изм	Всего
1.1	<u>Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить определение следующих параметров:</u>		
1.1.1	определение антител к рецептору тиреотропного гормона	тест	1200
1.1.2	определение С-пептида	тест	500
1.1.3	определение свободного трийодтиронина Т3	тест	1200
1.1.4	определение гормона роста	тест	400
1.1.5	определение адренокортикотропного гормона	тест	600
1.1.6	определение инсулиноподобного фактора роста	тест	500
1.2	<u>Контрольные и калибровочные материалы, необходимые для обеспечения выполнения заявленного спектра и объема исследований в течение года.</u>	комплект	1
1.3	<u>Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения заявленного спектра и объема исследований в течение года.</u>	комплект	1
1.4	<u>Оборудование, передаваемое по договору безвозмездного пользования:</u>		
1.4.1	Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор	шт.	1
1.4.2	Источник бесперебойного питания	шт.	1
1.4.3	ПЭВМ	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно п.4 ст.21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на **автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе, передаваемом по договору безвозмездного пользования конечному пользователю – учреждению здравоохранения «Витебский областной эндокринологический диспансер».**

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.2.1	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма
2.2.2	Возможность получения результата выполненного исследования в количественном выражении
2.2.3	Визуализация полученных результатов на экране
2.2.4	Возможность проведения внутреннего контроля качества исследований
2.2.5	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований

	(возможность создания архива результатов)
2.2.6	Интерфейс на русском языке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку эксплуатации, обслуживанию.

3.1. Срок годности расходных материалов на момент поставки должен быть не менее 60% от установленного производителем.

3.2. Гарантийный срок обслуживания оборудования, поставляемого в безвозмездное пользование - не менее 12 месяцев.