

Приложение 1

Приложение 1 Лот № 1

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
1	Зажим лапароскопический анатомический «Полуволна» 1. Диаметр 5 мм 2. Длина- не менее 300 мм 3. С кремальерой	5	Шт.

Приложение 1 Лот № 2

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
2	Зажим лапароскопический эластичный «Клинч» 1. Диаметр 5 мм 2. Длина не менее 300 мм 3. С кремальерой	5	Шт.

Приложение 1 Лот № 3

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
3	Ножницы лапароскопические изогнутые 1. Диаметр 5 мм 2. Длина не менее 300 мм	10	Шт.

Приложение 1 Лот № 4

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
---	------------------------------	------------	----------

4	Иглодержатель лапароскопический с изогнутыми браншами. 1.Диаметр 5 мм 2.Длина не менее 300 мм	3	Шт.
---	---	---	-----

Приложение 1 Лот № 5			
№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
5	Электрод лапароскопический L-образный 1.Диаметр 5 мм 2.Длина не менее 300 мм	10	Шт.

Приложение 1 Лот № 6			
№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
6	Диссектор лапароскопический изогнутый 1.Диаметр 5 мм 2.Длина не менее 300 мм	5	Шт.

Приложение 1 Лот № 7			
№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
7	Щипцы биполярные изогнутые 1.Диаметр 5 мм 2. Длина не менее 300 мм.	3	Шт.

Приложение 1 Лот № 10			
№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
10	Троакар 10 мм с газоподачей и магнитным клапаном с пирамидальным стилетом 1.Диаметр вводимых инструментов - 10 мм 2. Длина рабочей части не менее 100 мм.	10	Шт.

Приложение 1 Лот № 11			
№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
11	Троакар 5 мм с газоподачей и магнитным клапаном с пирамидальным стилетом 1.Диаметр вводимых инструментов - 5 мм 2. Длина рабочей части не менее 100 мм.	10	Шт.

Приложение 1 Лот № 12			
№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
12	Троакар 15 мм с газоподачей и магнитным клапаном с пирамидальным стилетом 1.Диаметр вводимых инструментов - 15 мм 2. Длина рабочей части не менее 100 мм.	5	Шт.

Приложение 1 Лот № 13

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
13	Лапароскоп, 10 мм, 45°, 1.Диаметр 10 мм 2.Угол зрения 45 градусов 3.Длина не менее 300 мм	3	Шт.

Приложение 1 Лот № 15

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
15	Зажим лапароскопический когтевой 10 мм. 1.Диаметр 10 мм 2.Длина не менее 300 мм 3.С кремальерой	2	Шт.

Приложение 1 Лот № 16

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
16	Аспиратор-ирригатор двухходовой лапароскопический 1.Диаметр 5 мм. 2. Длина не менее 300 мм.	3	Шт.

Приложение 1 Лот № 17

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
17	Электрод лапароскопический шаро-образный 1.Диаметр 5 мм 2.Длина не менее 300 мм	5	Шт.

Приложение 1 Лот № 18

№	Наименование, характеристика	Количество	Ед. изм.
18	Кабель для подключения биполярных инструментов 1.Длина кабеля 3 м 2.Аппаратная часть 2 штекера 4 мм («банан») 3.Инструментальная часть совместимая с инструментами	5	Шт.

Лот № 19

Приложение 1 Лот № 19

№п/п	Наименование, характеристика	количество
1	Набор зондов для желчных протоков Одди. Набор зондов для желчных протоков и рассечения сфинктера. Состоит из пяти типоразмеров. Рабочая часть – медь, ручка- сталь с нихромовым покрытием. Зонд имеет ручку и длинный изогнутый стержень, на конце олива. Зонд №1- диаметр оливы 2,5мм Зонд №2 – диаметр оливы 3,5 мм Зонд №3 – диаметр оливы 4 мм Зонд №4 – диаметр оливы 5 мм Зонд №5 – диаметр оливы 6 мм. Длина зондов – не менее 305мм.	2 шт.

Лот № 20

Технические требования

№ п/п	Характеристика	Значение	Примечание
1	эндопакет для извлечения органов и тканей SP- 10 – 200 или аналог	- состоит из пакета с проволокой, помещенных во втулку, которая оснащена толкателем для доставки пакета -на концах проволоки находятся петли, основания которых зафиксированы трубками - на проволоке находится защитная трубка, которая обеспечивает свободную затяжку пакета	
	объем	200мл	
	наружный диаметр втулки	10 мм	
	эндопакет для извлечения органов и тканей	стерильный	

Лот № 21

Технические требования

№ п/п	Характеристика	Значение	Примечание
1	клипатор эндоскопический		
2	Диаметр рабочей части 10 мм		
3	Вращение ствола 360 °		
4	Длина рабочей части от 330-333мм, прямой, средне– большой, антибликовое покрытие ствола, канал для промывания		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета**

государственной закупки.

Лот №1: Щетки одноразовые двухсторонние для очистки каналов, клапанов и портов эндоскопов.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Щётка одноразовая двухсторонняя для очистки каналов, клапанов и портов эндоскопов	шт.	4200

2. Технические требования.

2.1. Диаметр канала 2.0-4.0 мм;

2.2. Длина 2100-2300 мм;

2.3. Диаметр щетки 4-6 мм и 10-15 мм;

2.4. Щетки должны быть одноразового использования, полностью совместимы с эндоскопами Fujinon, SonoScape.

Лот №2: Щипцы биопсийные однократного применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Щипцы биопсийные однократного применения	шт.	300

2. Технические требования.

2.1. Тип бранша-овальные;

2.2. Для канала эндоскопа 2.8мм;

2.3. Длина 2200-2350мм;

2.4. Щипцы должны быть одноразового использования, в стерильной герметичной упаковке, полностью совместимым с имеющимися наличием эндоскопическим оборудованием Fujinon, SonoScape.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Срок годности щипцов при поступлении к потребителю должен быть не менее 60% от срока, установленного производителем, что соответствует не менее 12 месяцам до окончания срока годности.