

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Микротом роторный механический настольный

1. Состав (комплектация) оборудования:

№	Наименование/описание/упаковка	Итого, шт
1.1	Микротом роторный механический настольный (для резки парафиновых блоков)	1
1.2	Держатель одноразовых лезвий (низкий профиль) с системой защиты пальцев от режущей кромки ножа	1
1.3	Держатель одноразовых лезвий (высокий профиль) с системой защиты пальцев от режущей кромки ножа	1
1.4	Основание держателя ножа/лезвия для изменения угла наклона лезвия с боковым перемещением.	2
1.5	Универсальный кассетный зажим	2
1.6	Крепление (кронштейн) для зажима образца с устройством ориентации	2
1.7	Лоток для отработанных срезов	2
1.8	Набор диспенсеров (по 50 шт. в диспенсере) стандартных одноразовых лезвий низкого профиля и высокого профиля	1

2. Технические требования:

Микротом роторный механический настольный:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Микротом роторный механический настольный (для резки парафиновых блоков):	
	Толщина среза от 0,5 мкм до 60 мкм.	наличие
	Установка толщины срезов должна производиться в следующих диапазонах: 0–2 мкм с шагом 0,5 мкм, 2–10 мкм с шагом 1 мкм, 10–20 мкм с шагом 2 мкм, 20–60 мкм с шагом 5 мкм;	наличие
	Установка обрезания срезов (тримминга) должна производиться минимум в следующих значениях: 10мкм и 50мкм.	наличие
	Рычаг тримминга должен иметь минимум три положения: 0 мкм, 10 мкм и 50мкм.	наличие

Размер образца – не менее 50 x 60 x 40 мм.	наличие
Возможность переключения грубой подачи по выбору с правым или левым вращением колеса.	наличие
Автоматический отвод (ретракция) образца от ножа не более 20 мкм. Возможность работы с ретракцией (отведением) образца и без неё (включается и выключается пользователем)	наличие
Подача блока ткани / движение образца по горизонтали не менее 25 мм.	наличие
Движение образца по вертикали не менее 59 мм.	наличие
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
Необходимо наличие двух независимых систем блокировки маховика.	наличие
Система ориентации образца – горизонтальная 8°, вертикальная 8°, вращение - $\pm 90^\circ$	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора