

ЛОТ 1

Приложение к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
Состав одного комплекта.

№	Наименование	Ед. измер.	Количество
1	Стол для родовспоможения	шт.	1
2	Выдвижной столик для принятия ребёнка	шт.	1
3	Ногодержатель- упор для стопы	шт.	2
4	Выдвижная ёмкость	шт.	1
5	Рукоятка (поручень) для роженицы	шт.	2
6	Подголовник	шт.	1
7	Встроенная аккумуляторная батарея	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1	Грузоподъемность стола не менее, кг	170
2.2	Высота стола при горизонтальном положении секций, мм:	
-	минимальная	620±10
-	максимальная	870±10
2.3	Ход подъемника стола, мм	250±10
2.4	Длина панели стола (со столиком для принятия ребенка), мм	1850±50
2.5	Угол наклона спинки	0°...+55°
2.6	Угол наклона головной секции относительно спинной	0°...+30°
2.7	Продольный наклон панели	5°/ 20°
2.8	Ширина подушек панели, мм	655±10
2.9	Ширина по направляющим рейкам, мм	710±10
2.10	Размеры подушки выдвижного столика, мм	490*470
2.11	Диапазон регулирования высоты столика, мм	100±10
2.12	Напряжение зарядки аккумуляторов от сети	230±В, 50 Гц
2.13	Объем гастроемкости не более, л	13
2.14	Колесные опоры, мм	100±10

2.15 Устойчивость поверхностей стола к многократным обработкам и дезинфекции.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание на объекте не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.2. Товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации.

Разработчики:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1.	Калита Т.Ю.	заведующий родового отделения	
2.	Саливончик Е.Л.	заведующий акушерско-обсервационного отделения	


СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист

ЛППН

Главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

 Э.И. Мищук

«16» 04 2026 г.