

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – один комплект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Кассета рентгеновская	Штука	1
2.	Усиливающие экраны высокого усиления (класс 400) для зеленочувствительной рентгеновской пленки	Штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кассета рентгеновская в сборе с двумя усиливающими экранами класса 400 для зеленочувствительной пленки (чувствительность 400) размерами:

- 13x18 см – лот 1;
- 18x24 см – лот 2;
- 24x30 см – лот 3;
- 30x40 см – лот 4;
- 35x35 см – лот 5;
- 15x40 см – лот 6;
- 18x43 см – лот 7;
- 35x43 см – лот 8.

2.1.1. Исполнение – светонепроницаемое;

2.1.2. Корпус кассеты – ударопрочный;

2.1.3. Передняя крышка – минимальное поглощение рентгеновского излучения с фильтрацией не более 1,0 мм Al;

2.1.4. Задняя крышка – максимальное поглощение рентгеновского излучения с эквивалентом не менее 0,15 мм Pb;

2.1.5. Равномерный плотный прижим рентгеновской пленки по всей площади к усиливающим экранам – обязательно;

2.1.6. Наружная поверхности корпуса кассеты – устойчива к дезинфекции и частой обработке в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующими на территории Республики Беларусь.

2.2. Усиливающие экраны:

2.2.1. Зеленый спектр свечения;

2.2.2. Высокое усиление – класс 400.

2.3. Наличие инструкции по применению/эксплуатации на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок службы – не менее 5 лет

3.2. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев.

Разработчик:

Главный внештатный специалист

ГУЗО Брестского облисполкома

по лучевой диагностике и лучевой терапии



А.Г.Рачкевич