

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
Лот №1	Крючок по гассу для операций по поводу отслойки сетчатки (или аналог)	4 шт.
Лот №2	Ножницы роговичные по Кастровьево (или аналог)	5 шт.
Лот №3	Шпатель глазной	20 шт.
Лот №4	Пинцет для завязывания нитей по Макферсону (или аналог)	20шт.
Лот №5	Пинцет для капсулорексиса	10 шт.
Лот №6	Маркер для градусной разметки	2 шт.
Лот №7	Маркер для торических линз	2 шт.
Лот №8	Контейнер - стерилизатор с ручками	15 шт.
Лот №9	Устройство для имплантации интраокулярных линз	3 шт.

2. Технические требования :

№ п/п	Технические требования
Лот №1	Общая длина: не менее 130 мм Рабочая часть: стальная Кончик: плоский, с отверстием Ручка: круглая, титановая, Ø5 мм
Лот №2	Общая длина: не менее 100 мм Рабочая часть: острая, изогнутая, длина 8 мм, ширина 0.2 мм Ручка: плоская, стальная, ширина 7 мм
Лот №3	- рабочая часть шириной 0,3 +/- 0,05 мм - рабочая часть длиной 14 +/- 0,5 мм
Лот №4	Общая длина: 87 мм Рабочая часть: прямая Ручка: плоская, титановая, ширина 7.6 мм Платформа 6,0 +/- 0,5 мм
Лот №5	- деликатные - общая длина 118 +/- 2 мм - нержавеющей сталь или титан - перекрестного действия
Лот №6	- общая длина не менее 120 мм - наличие шкалы от 0° до 180° - Кольцо OD15mm, ID12mm
Лот № 7	- для использования с маркером для градусной разметки - общая длина 120 мм - полукольцо для меридиана 12мм
Лот №8	Предназначен для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента. Крышка съемная, размеры внутренние: 250*250*18мм (+/-5). Размеры габаритные 260*260*40мм (+/-5)
Лот №9	- инжектор резьбового типа

- материал- титан
- для многократного использования
- полная совместимость с имеющимися в клинике картриджами Monarch C и D, подтвержденная производителем.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

0. Заключительные документы

Приложение № 1

ЛОТ 10

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Пинцет для работы с внутренней пограничной мембраной по Экардт (или аналог) 25 Ga

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

Пинцет для работы с внутренней пограничной мембраной по Экардт (или аналог) 25 Ga	Количество 400 шт.
--	--------------------

2. Технические требования :

2.1	Пинцет должен иметь загнутые внутрь дистальные концы браншей
2.2	Калибр 25Ga
2.3	Приведение в действие рукояткой пинцета в любом положении пальцев на 360-градусов
2.4	Должен быть упакован в стерильную упаковку

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

ЛОТ 11

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

1	Пинцет миопический для работы с внутренней пограничной мембраной по Экардт (или аналог)	30 штук
---	---	---------

2. Технические требования:

2.1	Пинцет должен иметь загнутые внутрь дистальные концы браншей и рабочую длину не менее 37 мм для проведения манипуляций у пациентов с крайне высокой степенью миопии
2.2	Калибр 25Ga
2.3	Приведение в действие рукояткой пинцета в любом положении пальцев на 360-градусов
2.4	Должен быть упакован в стерильную упаковку

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционных документов организатора.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Количество
1.1	Пинцет для капсулорексиса	20 штук

2. Технические требования:

2.1 длина от 113 до 121 мм

2.2 остроконечные рабочие части

2.3 изогнутый

2.4 материал – нержавеющая сталь или титановый сплав

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1 13

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Нож-кератом 2,2 мм.	Количество 2000 шт.
---------------------	---------------------

2. Технические требования:

2.1. область применения – для выполнения кератомного туннельного разреза при проведении фактоэмульсификации, экстракции катаракты;

2.2 ширина формируемого кератомного разреза – 2,2 мм.;

2.3. нож должен иметь изогнутую под углом к рукоятке рабочую часть (лезвие);

2.4. нож должен иметь безопасную конструкцию с целью предупреждения случайной травматизации медицинского персонала, реализованную в виде скрытого в нерабочем положении

лезвия ножа и его принудительного механического выдвижения, либо наличия защитного чехла, смещаемого для высвобождения лезвия.

2.5. нож должен быть предназначен для одноразового использования, находиться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот №2 14

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Нож-кератом 2,4 мм.	Количество 1000 шт.
---------------------	---------------------

2. Технические требования:

- 2.1. область применения – для выполнения кератомного туннельного разреза при проведении факоэмульсификации, экстракции катаракты;
- 2.2. ширина формируемого кератомного разреза – 2,4 мм.;
- 2.3. нож должен иметь изогнутую под углом к рукоятке рабочую часть (лезвие);
- 2.4. нож должен иметь безопасную конструкцию с целью предупреждения случайной травматизации медицинского персонала, реализованную в виде скрытого в нерабочем положении лезвия ножа и его принудительного механического выдвижения, либо наличия защитного чехла, смещаемого для высвобождения лезвия.
- 2.5. нож должен быть предназначен для одноразового использования, находиться в стерильной упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот №3 15

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Нож парацентезный 1,2 мм.	Количество 4000 шт.
---------------------------	---------------------

2. Технические требования:

- 2.1. область применения – для выполнения парацентезного разреза роговицы при проведении факоэмульсификации, экстракции катаракты;
- 2.2. ширина формируемого разреза – 1,2 мм.;
- 2.3. нож должен иметь изогнутую под углом к рукоятке рабочую часть (лезвие);
- 2.4. нож должен иметь безопасную конструкцию с целью предупреждения случайной травматизации медицинского персонала, реализованную в виде скрытого в нерабочем положении лезвия ножа и его принудительного механического выдвижения, либо наличия защитного чехла, смещаемого для высвобождения лезвия.
- 2.5. нож должен быть предназначен для одноразового использования, находиться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

ЛОТ 16

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Набор одноразовых наконечников для ирригации и аспирации с использованием бимануальной техникой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1 Набор одноразовых наконечников для ирригации и аспирации с использованием бимануальной техникой – 500 шт.

2. Технические требования:

2.1 Все позиции требуют полной совместимости с системами Infiniti, Centurion, Constellation и технологией хирургии осуществляемой с применением данных систем.

2.2 Аспирационный наконечник должен быть сделан из полимерного материала, рабочая часть металлическая с напылением для проведения полировки задней капсулы

2.3 Ирригационный наконечник должен быть сделан из полимерного материала, рабочая часть металлическая

2.4 Аспирационное отверстие диаметром 0.3 ± 0.01 мм.

2.5 Два ирригационных порта, боковые

2.5 Ирригационный и аспирационный наконечники должны быть изогнутыми.

2.6 Набор должен быть стерилен, в стерильной упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.