

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования:

- 1.1. Центрифуга
- 1.2. Сетевой провод
- 1.3. Руководство по эксплуатации на русском языке
- 1.4. Паспорт

2. Технические требования:

- 2.1. Ротор сменный не менее чем на 10 пробирок:
 - максимальный объем пробирок не более 15 мл,
 - максимальный диаметр пробирок не более 20 мм.
- 2.2. Диапазон значений скорости ротора от 3000 до 4000 оборотов/мин.
- 2.3. Возможность установки времени и скорости вращения ротора.
- 2.4. Наличие дисплея контроля параметров.
- 2.5. Плавный разгон и плавное торможение.
- 2.6. Автоматическое отключение при дисбалансе.
- 2.7. Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.
- 2.8. Блокировка работы двигателя при открытой крышке.
- 2.9. Покрытие устойчивое к средствам дезинфекции.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

- 3.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования.
- 3.2. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию:

- 4.1. В стоимость предложения должны быть включены: инсталляция, обучение персонала, сервисное гарантийное обслуживание;
- 4.2. Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание в РБ.

Разработчик технических требований:

Врач анестезиолог–реаниматолог детский
(заведующий) оперблоком, ответственный
за трансфузиологическую помощь:



Снарский Д.В.