

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Расходные материалы для гистологических исследований

1. Состав (комплектация) медицинского изделия

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) медицинского изделия</i>	<i>Количество</i>
*ЛОТ 1 Биопсийные кассеты с крышкой		10 000 штук
*ЛОТ 2 Вкладыши (прокладки биопсийные) для кассет для гистологической проводки		1 000 штук

~~*--ЛОТЫ только для субъектов малого и среднего предпринимательства--~~

2. Технические требования

ЛОТ 1 Биопсийные кассеты с крышкой
1. Назначение: для проводки и заливки в парафин образцов ткани для подготовки к последующему гистологическому исследованию. 2. Наличие отверстий в кассетах. 3. Кассеты должны быть изготовлены из прочного, устойчивого к растворителям материала. 4. Размер кассеты (в собранном положении) 42±2мм (длина) * 27±1мм (ширина) * 7±1мм (высота)
ЛОТ 2 Вкладыши (прокладки биопсийные) для кассет для гистологической проводки
1. Предназначены для сохранения формы биопсий и для предотвращения потери мелких кусочков через отверстия в стенках кассет. 2. Устойчивы к действию растворителей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.