

лоты 1-20

Согласование количества и типоразмеров закупаемых изделий на момент заключения договора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 1.

Кардиоплегическая канюля в корень аорты
стандартные 7 Fr (14ga) (пункт 3.48)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля в корень аорты стандартные 7 Fr (14ga)	шт.	520

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Атравматичный наконечник стандартной длины с несколькими отверстиями.

2.2. Циркулярное крепление с вырезками для ниток.

2.3. Вход «Luer-female», металлический проводник – перфоратор.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 2

Кардиоплегическая канюля в корень аорты
стандартные 9Fr (12ga) (пункт 3.49)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля в корень аорты стандартные 9 Fr (12ga)	шт.	880

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. А트равматичный наконечник стандартной длины с несколькими отверстиями.

2.2. Циркулярное крепление с вырезками для ниток.

2.3. Вход «Luer-female», металлический проводник – перфоратор.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 3

Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией для дренажа 7Fr (14G)
(пункт 3.50)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией для дренажа 7Fr (14G)	шт.	850

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Атравматичный наконечник стандартной длины с несколькими отверстиями. Циркулярное крепление с вырезками для ниток.

2.2. Вход «Luer-female», металлический проводник – перфоратор.

2.3. * наличие линии для дренажа (коннектор на 1/4) с пластиковым зажимом.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 4

Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией для дренажа 9Fr (12G)
(пункт 3.51)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией для дренажа 9Fr(12G)	шт.	2000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Атравматичный наконечник стандартной длины с несколькими отверстиями. Циркулярное крепление с вырезками для ниток.

2.2. Вход «Luer-female», металлический проводник – перфоратор.

2.3. * наличие линии для дренажа (коннектор на 1/4) с пластиковым зажимом.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 5

Кардиоплегическая канюля в корень аорты для миниинвазивных операций 7Fr,
9 Fr (пункт 3.52)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля в корень аорты для миниинвазивных операций 7 Fr	шт.	60
1.2.	Кардиоплегическая канюля в корень аорты для миниинвазивных операций 9 Fr	шт.	110

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Атравматичный наконечник стандартной длины с несколькими отверстиями.
Циркулярное крепление с инцизурами для ниток.

2.2. Вход «Luer-female», металлический проводник – перфоратор.

2.3. *Длина канюли 25-37 см.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют
соответствие предложения названию, уровень диагностических возможностей и
класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного
предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 6

Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий
под углом 45° (135°) 3,3 мм (10 Fr) (пункт 3.53)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 45° (135°) 3,3 мм (10 Fr)	шт.	210

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. С формуемым металлическим стержнем, выход Luer-female.

2.2. Мягкий наконечник типа «корзинка», под углом 45 (135 °).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 7

Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 45° (135°)
4,0 мм (12 Fr) (пункт 3.54)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 45° (135°) 4,0 мм (12 Fr)	шт.	840

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. С формуемым металлическим стержнем, выход Luer-female.

2.2. Мягкий наконечник типа «корзинка», под углом 45 (135 °).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 8

Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий
под углом 45° (135°) 4,7 мм (14 Fr) (пункт 3.55)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 45° (135°) 4,7 мм (14 Fr)	шт.	710

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. С формуемым металлическим стержнем, выход Luer-female.

2.2. Мягкий наконечник типа «корзинка», под углом 45 (135 °).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 9

Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий
под углом 90° 3,3 мм (10 Fr) (пункт 3.56)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 90° 3,3 мм (10 Fr)	шт.	210

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. С формуемым металлическим стержнем, выход Luer-female.

2.2. Мягкий наконечник типа «корзинка», под углом 90 °.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 10

Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий
под углом 90° 4,0 мм (12 Fr) (пункт 3.57)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 90° 4,0 мм (12 Fr)	шт.	890

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. С формуемым металлическим стержнем, выход Luer-female.

2.2. Мягкий наконечник типа «корзинка», под углом 90 °.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 11

Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 90° 4,7 мм (14 Fr) (пункт 3.58)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Канюля кардиоплегическая в устья коронарных артерий под углом 90° 4,7 мм (14 Fr)	шт.	660

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. С формуемым металлическим стержнем, выход Luer-female.

2.2. Мягкий наконечник типа «корзинка», под углом 90 °.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 12

Канюля для дистальной перфузии конечности (пункт 3.60)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	<u>Ед. изм.</u>	Коли- чество
1.1	Канюля для дистальной перфузии конечности	Компл	320

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Стерильный комплект, состоящий из :
 - 2.1.1 Армированная устойчивая к перегибам канюля с гемостатическим клапаном и разъемом Luer Lock для удобного соединения с артериальной бедренной канюлей.
 - 2.1.2 Проводник 0,035"
 - 2.1.3 Дилататор для пункции
 - 2.1.4 Игла
 - 2.1.5 Шприц

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 13

Y-адаптер
(пункт 3.61)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Y-адаптер	шт.	3630

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Один вход типа «люер»-female и два выхода типа «люер»-male, форма Y.

2.2. Пластиковые зажимы на выходах.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 14

Кардиоплегическая канюля ретроградная для стандартных операций 13 Fr
(пункт 3.62)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля ретроградная для стандартных операций 13 Fr	шт.	1730

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Материал канюли и баллона – силикон. Коническая верхушка, позволяющая легко вводить канюлю в синус. Выход Luer-female.

2.2. Направляющий атравматичный (guidewire) или изогнутый стилет. Наличие отвода для измерения давления. Подвижное кольцо крепления.

2.3. Ручное раздутие ребристой манжеты.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 15

Кардиоплегическая канюля ретроградная для стандартных операций 14 Fr
(пункт 3.63)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля ретроградная для стандартных операций 14 Fr	шт.	950

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Материал канюли и баллона – силикон. Коническая верхушка, позволяющая легко вводить канюлю в синус. Выход Luer-female.

2.2. Направляющий атравматичный (guidewire) или изогнутый стилет. Наличие отвода для измерения давления. Подвижное кольцо крепления.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот №16

Кардиоплегическая канюля ретроградная для стандартных операций 15 Fr
(пункт 3.64)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля ретроградная для стандартных операций 15 Fr	шт.	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Материал канюли и баллона – силикон. Коническая верхушка, позволяющая легко вводить канюлю в синус. Выход Luer-female.

2.2. Направляющий атравматичный (guidewire) или изогнутый стилет. Наличие отвода для измерения давления. Подвижное кольцо крепления.

2.3. Ручное раздутие ребристой манжеты.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 17

Кардиоплегическая канюля ретроградная с силиконовым телом и
самораздувающейся манжетой (auto-inflate) с линией для мониторинга давления
(пункт 3.65)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Кардиоплегическая канюля ретроградная с силиконовым телом и самораздувающейся манжетой (auto-inflate) с линией для мониторинга давления	шт.	240

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Материал канюли и баллона - силикон, нетермолабильный. Коническая верхушка, позволяющая легко вводить канюлю в синус. Выход Luer-female.

2.2. Направляющий атравматичный (guidewire) или изогнутый стилет. Наличие отвода для измерения давления. Подвижное кольцо крепления.

2.3. * Рифлёный, алмазовидной формы баллон самораздувающийся.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 18

Адаптер кардиоплегический мультиперфузионный (пункт 3.66)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Адаптер кардиоплегический мультиперфузионный (1/4 - Luer male)	шт.	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Адаптер прямой вентилируемый 1/4 in - Luer male

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 19

Коннектор 3/8-3/8-Luer femail (пункт 3.67)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Коннектор 3/8-3/8 Luer Femail	шт	740

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные
согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)»:

- 2.1 Коннектор диаметром 3/8-3/8 с выходом Luer femail
- 2.2 Стерильная упаковка

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 20

Набор для измерения давления в левом предсердии интраоперационный
(пункт 3.68)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Набор для измерения давления в левом предсердии интраоперационный	шт.	165

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. В набор должны входить:

-2 разрывные (peel away) иглы,
-катетер для измерения давления .

2.2. Катетер для измерения давления с отметками глубины введения, должен заканчиваться портом люер-«мама».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.