

Приложение № 1

к заявке на закупку

Набор для нефростомии Pigtail(наименование предмета государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****Набор для нефростомии Pigtail**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1.	Набор для нефростомии Pigtail 2 мм (6 Fr)	шт	30
1.2.	Набор для нефростомии Pigtail 3мм (9Fr)	шт	30

2. Технические требования

2.1. Набор для нефростомии Pigtail 2 мм (6 Fr)	
2.1.1	Размер дренажного катетера 2 мм (6 Fr)
2.1.2	Дренажный катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.1.3	Длина катетера должна быть 22-30см
2.1.4.	В набор должны входить все необходимые для установки нефростомы аксессуары
2.2. Набор для нефростомии Pigtail 3мм (9Fr)	
2.2.1	Размер дренажного катетера 3 мм (9 Fr)
2.2.2	Дренажный катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2.3	Длина катетера должна быть 22-30см
2.2.4.	В набор должны входить все необходимые для установки нефростомы аксессуары

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

ЛОТ 2

~~Приложение № 2~~

к заявке на закупку

Катетер нефростомический Pigtail(наименование предмета государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****Катетер нефростомический Pigtail**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1	Катетер нефростомический Pigtail 2 мм (6Fr)	шт	30
1.2	Катетер нефростомический Pigtail 3 мм (9Fr)	шт	30

2. Технические требования

2.1. Катетер нефростомический Pigtail 2 мм (6Fr)	
2.1.1	Размер 2 мм (6 Fr)
2.1.2	Катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.1.3	Длина катетера должна быть 22-30 см
2.2. Катетер нефростомический Pigtail 3 мм (9Fr)	
2.2.1.	Размер 3 мм (9 Fr)
2.2.2.	Катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2.3.	Длина катетера должна быть 22-30 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

~~Приложение № 3--~~

к заявке на закупку

Катетер мочеточниковый(наименование предмета государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****Катетер мочеточниковый**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1	Катетер мочеточниковый	шт.	30

2. Технические требования

2.1	Катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2	Катетер должен быть градуированный, с открытым прямым дистальным концом.
2.3	Катетер должен иметь размер 1,66 мм (5 FR), длину 70 см+/-5см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

к заявке на закупку

Набор для пункционной цистостомии

(наименование предмета государственной закупки согласно формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий**Набор для пункционной цистостомии**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1	Набор для пункционной цистостомии 3,33 мм (10 Fr)	шт.	30
1.2	Набор для пункционной цистостомии 4 мм (12 Fr)	шт	30

2. Технические требования

2.1. Набор для пункционной цистостомии 3,33 мм (10 Fr)	
2.1.1	Размер дренажного катетера 3,33 мм (10 Fr)
2.1.2	Дренажный катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.1.3	Длина катетера должна быть 40+ -5см
2.1.4	В набор должны входить все необходимые для установки цистостомы аксессуары
2.2. Набор для пункционной цистостомии 4 мм (12 Fr)	
2.2.1.	Размер дренажного катетера 4 мм (12 Fr)
2.2.2.	Дренажный катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2.3.	Длина катетера должна быть 40+ -5см
2.2.4	В набор должны входить все необходимые для установки цистостомы аксессуары

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.