

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы для отделений анестезиологии и реанимации

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
ЛОТ №1 Набор для выполнения пункции для интубационной трахеостомии	1. Набор для чрескожной трахеостомии с трахеостомической трубкой размером 7,0 мм и зажимом (щипцами)	15 штук
	2. Набор для чрескожной трахеостомии с трахеостомической трубкой размером 8,0 мм и зажимом (щипцами)	50 штук
ЛОТ №2 Катетер для аспирации и взятия проб из дыхательных путей	Катетер аспирационный для катетера с вакуум контролем в составе: контейнер для сбора проб с крышечкой, трубка для присоединения аспирационного катетера с вакуум контролем, трубка для присоединения к аспиратору, дополнительная крышка, этикетка для идентификации образца.	6000 штук
ЛОТ №3 Катетер артериальный периферический	Набор: -полиуретановый катетер; -проводниковая игла- интродьюсер; -прямой проволоочный направитель с гибким наконечником.	50 штук
ЛОТ №4 Наборы для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру	Наборы для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру типа Артериофикс (V)	70 штук
ЛОТ №5 Набор для гастростомии чрескожной	1. Набор для гастростомии чрескожной эндоскопической EndoVive-18F	5 штук
	2. Набор для гастростомии чрескожной эндоскопической EndoVive-20F	5 штук
ЛОТ №6 Расходные материалы к монитору системной гемодинамики PulsioFlex	1. Комплект для взрослых - термодилатационный катетер PV2015L20-A или аналог - трансоосерная система PV8215-2 или аналог	20 штук
	2. Комплект для взрослых - термодилатационный катетер PV2014H-22-A или аналог - трансоосерная система PV8215-2 или аналог	10 штук
	3. Корпус датчика температуры вводимой жидкости PV4046 или аналог	10 штук
ЛОТ №7 Проводник для реинтубации	Проводник для реинтубации	20 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Набор для выполнения пункции для интубационной трахеостомии
2.1. Стерильный
ЛОТ №2 Катетер для аспирации и взятия проб из дыхательных путей
2.1. Одноразовое, стерильное устройство
ЛОТ №3 Катетер артериальный периферический
2.1. Полиуретановый катетер 20G, длина 6-7 см.
2.2. Стерильный, однократного применения
ЛОТ №4 Наборы для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру
2.1. Артериальный катетер 20G, длина 8-10 см.
2.2. Стерильный, однократного применения
ЛОТ №5 Набор для гастростомии чрескожной
2.1. Одноразовый, стерильный
ЛОТ №6 Расходные материалы к монитору системной гемодинамики PulsioFlex
2.1.1. Термодилатационный катетер 5F. Рабочая длина 20-21 см, канюли 18G и 20G.
2.1.2. Термодилатационный катетер 4F. Рабочая длина 22-23 см, канюли 18G и 20G.

ИОТ №7 Проводник для респиратора
2.1 Проводник для респиратора с вентиляционным просветом и загнутым окончанием
2.2 Длина 830-840 мм, диаметр OD=6,6 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности), срока поставки в соответствии с документами организатора.