



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ НЦГБ

И.Г. Шеменкова

05 2026 г.

Техническое задание

Моющее средство, содержащее ферменты.

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
2	Моющее средство, содержащее ферменты.	240

2.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

2.1.1. Средство должно содержать ферменты амилазу, протеазу, липазу и целлюлазу в качестве действующих веществ, а также технологические компоненты, включая ЧАС и неионогенные ПАВ; pH средства 6,0-8,0.

2.1.2. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании.

2.1.3. Рабочие растворы средства не должны быть агрессивны по отношению к конструкционным и декоративно-отделочным материалам из нержавеющей стали, сплавов алюминия и других металлов, никелированным покрытиям, лакокрасочным покрытиям, резинам, стеклу, керамике, дереву, пластмассам, козам натуральным и синтетическим, полимерным и другим материалам.

2.1.4. Срок годности рабочих растворов должен быть не более 24 часов.

2.1.5. Средство должно быть предназначено для использования в медицинских организациях для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты ручным способом; для предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным (в том числе с применением ультразвука) способом; для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом; для окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ).

2.1.6. Возможность использования рабочего раствора средства без дополнительного нагрева воды не менее 18° С.

2.1.7. Время замачивания при предстерилизационной/окончательной очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом, обеспечивающим оптимальную оборачиваемость инструментов не более 5 мин;

2.1.8. Средство должно быть разрешено к применению в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «DetroWash», фирмы DetroHealthcareKimyaSanayi A.Ş.(Турция) для обработки гибких эндоскопов.

2.1.9. Средство расфасовано в полиэтиленовые канистры вместимостью 5 л.

2.1.10. Срок годности средства составляет не менее 36 месяцев.

2.1.11. Наличие документов, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РБ: сертификат соответствия ГОСТ РБ или Декларация соответствия; свидетельство о государственной регистрации; инструкция/методические указания на русском языке; Паспорт качества производителя на продукцию;

Главная медицинская сестра

УЗ НЦГБ

О.А. Славинская

Медицинская сестра (старшая)
централизованного эндоскопического отделения

М.С. Горбачева