

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 24.06.2026 № 4-14/250
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Инструменты и расходные материалы для рентгенэндоваскулярной хирургии»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **29.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Набор зажимов для ангиохирургии»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Зажим для периферических сосудов, насечка рабочей части по ДеБейки, корпус слабо изогнут по ребру, рабочая часть изогнута по ребру под углом 45-60° после соединения подвижных частей, длина 180-190 мм.	10 шт.
1.2.	Зажим атравматический тип Satinsky, С-образно изогнутая рабочая часть с насечкой по ДеБейки, длина 240-250 мм.	6 шт.
1.3.	Зажим атравматический сосудистый, тип Cooley, рабочая часть изогнута по ребру до соединения подвижных частей, длина 220-230 мм.	3 шт.
1.4.	Зажим-бульдог прямой, атравматическая насечка рабочей части по ДеБейки, длина 105-110 мм.	4 шт.
1.5.	Зажим-бульдог изогнутый, атравматическая насечка рабочей части по ДеБейки, длина 80-90 мм.	4 шт.
1.6.	Зажим-бульдог, тип Gregory, изогнутый влево, длина 110-115 мм.	2 шт.
1.7.	Зажим-бульдог, тип Gregory, изогнутый вправо, длина 110-115 мм.	2 шт.
1.8.	Зажим гемостатический, тип Pean деликатный, изогнутый, длина 140-150 мм.	20 шт.
1.9.	Зажим гемостатический, тип Pean, изогнутый, длина 200-210 мм.	8 шт.
1.10.	Зажим-бульдог прямой, атравматическая насечка рабочей части по ДеБейки, длина 55-60 мм.	20 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее двух лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.3 Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO на продукцию.

3. *Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:*

Согласно аукционным документам организатора

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Набор инструментов для для флебэктомии»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Веноэкстрактор по Набатову в составе: - трос со съёмной ручкой – 1 шт.; - зонд металлический – 1шт.; - набор олив различного диаметра – 3 шт. (не менее); - контейнер для стерилизации – 1 шт.	4 комплекта
1.2.	Веноэкстрактор по Варади, модификация 3 (лопатка/крючок), длина 180+/-5мм.	4 шт.
1.3.	Контейнер для игл металлический, перфорированная крышка либо корпус.	4 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее года, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.3 Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO на продукцию.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
«Набор ретракторов для ангиохирургии»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Ретрактор самоудерживающийся, тип Beckman-Adson, 3х4 (либо 4х5) зубый, рабочая часть полуострая, длина 300-330 мм.	2 шт.
1.2.	Ретрактор самоудерживающийся, тип Weitlaner, 3х4 зубый, рабочая часть острая, длина 200-210 мм.	2 шт.
1.3.	Ретракто (зеркало), тип Mikulicz, с рабочей частью 110-120х50-60 мм, длина 250-270 мм.	3 шт.
1.4.	Ретрактор торакальный (ранорасширитель) реечный, тип Cooley, расхождение зеркал не менее 180 мм, размеры зеркал: 30-35х90-100мм	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее года, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.3 Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO на продукцию.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Набор для эндартерэктомии из периферических сосудов»

1. Состав (комплектация)

	Состав (комплектация) ИМН	Кол-во
Набор для эндартерэктомии из периферических сосудов	Ручка-держатель	1 комплект
	Набор зондов с кольцами диаметром от 6 до 14 мм	
	Сменные петли для зондов - 10 шт. для каждого диаметра	

2.1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Набор для эндартерэктомии из периферических сосудов
1. Рабочая часть кольцевидной формы (по Вольмару), наклонённая под углом к продольной оси. 2. Внешние поверхности - закруглённые, гладкие, обеспечивают лёгкий и атравматичный внутрисосудистый доступ. 3. Длина зонда 40 см (не менее). 4. Хирургические инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в автоклаве либо сухожаровом шкафу.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

Согласно аукционным документам организатора закупки.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Инструменты для кардиохирургии (наконечник отсоса)»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
	Наконечник отсоса (канюля аспирационная), тип Osaka, длина 250-300 мм	4 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее года, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

3. Требования к наличию технической документации, обучения персонала и иной информации.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Набор инструментов для миниинвазивной кардиохирургии»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Выкусыватель типа Wagner для декальцификации, изогнутый вверх, длина 300 ± 10 мм, разборный.	1 шт.
1.2.	Держатель лезвий №11 прямой, длина 350 ± 10 мм.	1 шт.
1.3.	Крючок для захвата шовного материала, длина 350 ± 10 мм, рабочая часть $1,8 \pm 0,5$ мм.	1 шт.
1.4.	Толкатель узлов, длина 350 ± 10 мм, округлый наконечник.	1 шт.
1.5.	Трансторакальный окклюзионный зажим, длина 340 ± 10 мм, губки 75 ± 5 мм с насечкой по DeBakey, с храповым замком.	1 шт.
1.6.	Пинцет прямой типа Resano, длина 250 ± 10 мм.	1 шт.
1.7.	Пинцет прямой типа Lung, длина 230 ± 10 мм.	1 шт.
1.8.	Ножницы сосудистые типа DeBakey, с рабочей частью изогнутой по ребру под углом 45° после соединения подвижных частей, длина 280 ± 10 мм.	1 шт.
1.9.	Сетчатая система организации для миниинвазивных инструментов с креплениями и крышкой, размеры $530-540 \times 240-250 \times 45-50$ мм.	1 шт.
1.10.	Стерилизационный контейнер, с перфорированным дном, износостойчивой крышкой, замками и двумя интегрированными фильтрами на 5000 циклов стерилизации (не менее), размер $600 \pm 10 \times 290 \pm 10 \times 100 \pm 10$ мм.	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.3 Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO на продукцию.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Количество
Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией дренажа 9 Fr (12G)	300 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией дренажа 9 Fr (12G)
1. Атравматичный наконечник с несколькими отверстиями. Центральное крепление с вырезами для ниток. 2. Вход luer-female. Металлический проводник-перфоратор. 3. Наличие линии для дренажа (коннектор ¼'') с пластиковым зажимом. 4. Стерильные, в индивидуальной упаковке.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Универсальный ретрактор для кардиохирургии»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Универсальный ретрактор для кардиохирургических операций типа Speroni с креплениями для сменных лезвий, раскрытие 230 ± 10 мм, ширина 160 ± 5 мм	1 шт.
1.2.	Торакальные лезвия ретрактора, размер 50 ± 5 на 60 ± 5 мм – 2 шт.	1 комплект
1.3.	Стернальные лезвия ретрактора, размер 40 на 100 ± 5 мм – 2 шт.	1 комплект
1.4.	Лезвия ретрактора для миниторакотомии, размер 35 ± 2 на 40 ± 2 мм – 2 шт.	1 комплект
1.5.	Лезвие ретрактора для I.M.A двухсоставное с регулировочным винтом, размер 135 ± 5 на 35 ± 5 мм.	1 шт.
1.6.	Стернальное лезвие с перемычкой, размер 40 на 100 ± 5 мм.	1 шт.
1.7.	Дополнение к стеральному лезвию типа Cleveland в виде рамки с регулировочными винтами и перемычками для крепления предсердных лопаток.	1 шт.
1.8.	Крепление для предсердных лопаток диаметром 6 мм	3 шт.
1.9.	Предсердная лопатка типа Cooley с возможностью закрепления на раме ретрактора, длина 260 ± 5 мм, ширина рабочей части 20 мм.	1 шт.
1.10.	Предсердная лопатка типа Cooley гибкая с возможностью закрепления на раме ретрактора, длина 350 ± 5 мм, ширина рабочей части 20 мм	2 шт.
1.11.	Предсердная лопатка типа Cooley с возможностью закрепления на раме ретрактора, длина 240 ± 5 мм, ширина рабочей части 35 мм	1 шт.
1.12.	Предсердная лопатка типа Cooley с возможностью закрепления на раме ретрактора, длина 240 ± 5 мм, ширина рабочей части 45 мм.	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.3. Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO на продукцию.

2.4 Набор инструментов должен быть от одного производителя в связи с отсутствием взаимозаменяемости ретракторных систем у разных производителей.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

«Инструменты для ангиохирургии (иглодержатели)»

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Иглодержатель, тип DeBakey 180-190 мм для игл 5/0, твёрдосплавная рабочая часть.	4 шт.
1.2.	Иглодержатель, тип Mayo-Hegar 200-210мм для игл 4/0, твёрдосплавная рабочая часть.	4 шт.
1.3.	Иглодержатель, тип Crile-Wood 200-210мм для игл 4/0, твёрдосплавная рабочая часть.	4 шт.
1.4.	Иглодержатель, тип Mayo-Hegar 240-250мм для игл 4/0, твёрдосплавная рабочая часть.	4 шт.
1.5.	Иглодержатель, тип Ryder (French-Eye) 200-210мм для игл 5/0, твёрдосплавная рабочая часть.	4 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее года, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.3 Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO на продукцию.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1 Согласно аукционным документам организатора