

Лента самоклеящаяся для  
стерилизации с использованием паров  
перекиси водорода с индикатором

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

Лот №1. Лента самоклеящаяся для стерилизации с использованием паров  
перекиси водорода с индикатором

*1. Состав (комплектация) медицинских изделий:*

| Номер и наименование ЛОТа                                                                   | Количество |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Лента самоклеящаяся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода с индикатором | 30 шт.     |

*2. Технические требования:*

1. Ширина не менее 25 мм.

2. Длина не менее 55 м.

3. Самоклеящаяся.

4. Одноразовая.

5. срок годности не менее 24 месяца

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.