

БелМТ №247/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

**Аппарат для паровой дезинфекции
(1 комплектов)**

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Аппарат паровой дезинфекции	шт.	1
1.2.	Система водоподготовки, удовлетворяющая потребность данного аппарата согласно технической документации производителя	комплект	1 ед.
1.3.	Компрессор, удовлетворяющий потребность данного аппарата согласно технической документации производителя	комплект	1 ед.
1.4.	Парогенератор	комплект	1 ед.
1.5.	Система для считывания штрих-кодов (беспроводной)	шт.	1 ед.
1.6.	Транспортная тележка	шт.	4 ед.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Аппарат должен быть предназначен для проведения паровой дезинфекции в камере.

2.2. Общий объем загрузочной камеры не менее $V=2,5$ м³

2.3. Наружные размеры аппарата не более 2318 x 2730 x 2860 мм (В * Ш * Г).

- 2.4. Размер камеры для паровой дезинфекции не менее 1100 x2370 x1350 мм.
- 2.5. Максимально допустимое избыточное давление не более 0,8 бар.
- 2.6. Максимально допустимая рабочая температура не более 110 °С.
- 2.7. Все рабочие программы должны быть полностью автоматические.
- 2.8. Наличие не менее 4 рабочих программ для дезинфекции при 75 и 105°С, вызываемые одной кнопкой.
- 2.9. Наличие не менее 20 возможностей записать в память процессора новые программы дезинфекции в диапазоне температур от 75 до 110 0С.
- 2.10. Наличие вакуум-теста.
- 2.11. Наличие НЕРА-фильтра.
- 2.12. Камера, облицовочные панели, каркас аппарата, его кожух для подогрева, дверь и парогенератор должны быть выполнены из нержавеющей стали.
- 2.13. * Проходное (двухдверное) исполнение.
- 2.14. Автоматические горизонтально скользящие двери с электромоторным приводом.
- 2.15. Индикация времени, оставшегося до конца цикла на дисплее.
- 2.16. Звуковая сигнализация окончания цикла стерилизации.
- 2.17. Звуковая сигнализация сбоя.
- 2.18. Автоматическое микропроцессорное управление.
- 2.19. Вывод на панель управления в цифровом виде показаний трех датчиков давления (в парогенераторе, рубашке камеры и в камере).
- 2.20. Возможность изменения параметров программ дезинфекции.
- 2.21. Сенсорный контактный дисплей управления диагональю не менее 25 см.
- 2.22. Возможность программирования автоматического старта прибора и программы подогрева.
- 2.23. Автоматический переход в состояние готовности после завершения программы.
- 2.24. Возможность передачи данных о рабочих процессах в независимый компьютер с помощью USB-порта.
- 2.25. Запись в память процессора всех случившихся ошибок для возможности будущего анализа и быстрого сервиса.
- 2.26. Возможность управления правами доступа на 3 уровнях (администратор, оператор и инженер).
- 2.27. Встроенный термопринтер для регистрации параметров в цифровом и графическом виде (температура и давление).
- 2.28. Встроенная система экономии охлаждающей воды.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документом организатора.