

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Шприцевой набор к инжектору Sino Power-D для рентгеновской компьютерной томографии или аналог в индивидуальной стерильной упаковке/прим.

1.	Комплектация	Единица измерения	количество
1.1	шприц-колба 200 мл	штука	2
1.2	трубка соединительная 1500 мм.	штука	1
1.3	трубка наполнительная	штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Шприц-колба:

2.1.1 Объем- 200мл

2.1.2 Полная совместимость с инжектором Sino Power-D-документальное подтверждение

2.1.3 Совместимость с иными комплектующими из набора.

2.2 Наполнительная трубка-совместимость с иными комплектующими из набора.

2.3 Соединительная трубка:

2.3.1 Длина 230+/- 10см

2.3.2 Давление не меньше 300psi

2.3.3 Совместимость с иными комплектующими из набора

2.4 Упаковка индивидуальная, стерильная

2.5 Наличие инструкции по применению/эксплуатации на государственном языке Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

4. Срок годности/стерильности товара на момент поставки- не менее 80% от общей гарантии предприятия – изготовителя.

Разработчики технических требований:

врач-рентгенолог, заведующий
отделением лучевой диагностики



Ю.А. Присмыцкая