

**Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	малогабаритная моющая машина для мойки, дезинфекции и сушки хирургического и стоматологического инструмента.	шт.	1	
2	Нижняя универсальная корзина для размещения 2 DIN лотков или иных различных вставок	шт.	1	
3	Верхняя загрузочная корзина с не менее 20 местами для инжекторов различного вида и назначения, наличие места для различных вставок и лотков	шт.	1	
4	Внутренний фильтр для дополнительной очистки подаваемого раствора (воды) для верхней загрузочной корзины	шт.	2	
5	Сетчатые DIN лотки для хирургического инструмента	шт.	2	
6	Сетчатая крышка для сетчатых DIN лотков	шт.	2	
7	Набор инжекторных сопел, длиной не менее 100 мм, для стоматологического инструмента	комплект	1 (не менее 20 шт.)	По количеству мест для инжекторов в верхней загрузочной тележки
8	Набор сопел в виде втулок для полого стоматологического инструмента	комплект	1 (не менее 20 шт.)	По количеству мест для инжекторов в верхней загрузочной тележки
9	Сетчатая вставка с крышкой для обработки мелких деталей (игл и т.п.)	шт.	6	
10	Вставка для мойки стоматологического инструмента в вертикальном положении	шт.	1	
11	Вставка для обработки щипцов для экстракции	шт.	1	
12	Сетчатые лотки с крышкой и с силиконовыми вставками - фиксаторами для инструмента	шт.	12	
13	Вставка - держатель для 6 сетчатых лотков с крышкой	шт.	1	
14	Гнездо для наконечников и насадок	шт.	6	
15	Силиконовые адаптеры для наконечников и насадок различных диаметров	шт.	9	
16	Вставка для стаканов для полоскания рта	шт.	1	

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Малогабаритная моющая машина для мойки, дезинфекции и сушки хирургического и стоматологического инструмента;

2.2 Не проходная, отдельно стоящая модель с одной откидывающейся дверью для фронтальной загрузки и выгрузки;

2.3 Блокировка дверей во время прохождения цикла обработки.

2.4 Агрегат для сушки обрабатываемого инструментария путем подачи в камеру и во внутренние полости инструмента горячего воздуха;

2.5 Регулировка температуры воздуха во время сушки в пределах 60–115 °С с шагом 1 °С.

Производительность сушильного агрегата не должна превышать 50–60 м³/ч.;

2.6 Термическая дезинфекция при 93 °С;

2.7 Встроенная система сушки горячим воздухом с НЕРА фильтром (степень очистки > 99,99 %) с ресурсом не менее 500 часов работы.

2.8 Система конденсации пара (парогасителя).

2.9 Микропроцессорное управление. Наличие не менее 10-20 программных мест: стандартных программ мойки, свободных мест под программы, создаваемые пользователем. Сервисные программы.

2.10 Наличие сенсорной, наклонной панели управления для простоты управления и считывания информации, с плоской, легко очищаемой поверхностью. Язык управления – русский.

2.11 Наличие сенсорных датчиков вращения разбрызгивающих коромысел.

2.12 Распределение прав доступа посредством пароля, наличие не менее 3-4 уровней доступа.

2.13 Подключение к водопроводу холодной, горячей и дистиллированной воды, канализации.

2.14 Высокопроизводительный циркуляционный насос (производительность насоса не менее 500 л/мин) с системой контроля и регулировки давления.

2.15 Для обеспечения высокого качества ополаскивания, моющая машина должна быть оборудована системой контроля электропроводности ополаскивающей воды с возможностью ее настройки на различные пределы. При превышении установленного предела (в случае некачественного ополаскивания) машина должна автоматически повторить цикл ополаскивания;

2.16 Иметь 4-х ступенчатый фильтр в системе рециркуляции воды. Иметь фильтры в системе подачи воды.

2.17 Иметь возможность установки температуры в пределах 55–93 °С.

2.18 Иметь дозировочные приспособления для одного жидкого моющих и одного нейтрализующего вещества с системами контроля за точностью дозировки. Наличие датчиков уровня моющих веществ в канистре

2.19 Внутренний выдвижной отсек для размещения 4-х пятилитровых, канистр с моющими веществами

2.20 Рабочая камера, циркуляционная система, внешняя обшивка изготовлена из нержавеющей стали. Габаритные размеры не менее 700x900x830 мм.

2.21 Входное напряжение для инсталляции 380 Вольт, общая максимальная потребляемая мощность не более 10,0 кВт.

3. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

3.1. Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с момента инсталляции (ввода в эксплуатацию) если иной срок не предусмотрен заводом-изготовителем и включая необходимые запасные части и расходные материалы для технического обслуживания и гарантийного ремонта. Срок годности расходных материалов на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

3.2. Устройство к очистке и дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

3.3. Срок службы не менее 10 лет.