

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям	тест	2500
1.2	Контрольный материал (не менее 3-х уровней) на 3,4 квартал 2026 года	комплект	На исследования, указанные в п.1.1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

2.1	К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
2.2	К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметров.
2.3	К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку.
2.4	Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1
2.5. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.5.1	Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь
2.5.2	Функция автоматического флажирования патологических результатов

2.5.3	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)
2.5.4	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
2.5.5	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.5.6	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований
2.5.7	Порт для подключения внешних устройств
2.5.8	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.5.9	Интерфейс на русском языке
2.5.10	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
2.5.11.	Источник бесперебойного питания в комплекте
2.2.12.	Принтер в комплекте

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем;

3.2. условия хранения и транспортировки должны соответствовать маркировке товара.

3.3. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно аукционным документам.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий) ЦХТЛ УЗ «БОЦПиН»

С.В.Степановская

Фельдшер-лаборант (старший)
ЦХТЛ УЗ «БОЦПиН»

Ю.В. Лушицкая