

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Центрифуга лабораторная	шт.	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Технические характеристики

2.1	Электропитание/Потребляемая мощность	1 фаза, 100-240В, 50/60Гц
2.2	Максимальная вместимость углового ротора	до 12 пробирок 10-12 мл
2.3	Диапазон скоростей вращения (RPM)	100-6000 об/мин, шаг установки 100 об/мин
2.4	Максимальное относительное центробежное ускорение (RCF)	до 10000 g
2.5	Установка времени центрифугирования	от 15 сек до 99 мин, по таймеру
2.6	Вес	до 10 кг
2.7	Дисплей	наличие
2.8	Уровень шума	≤54 Дб
2.9	функция кратковременного запуска	наличие
2.10	функция звукового оповещения;	наличие
2.11	блокировка крышки во время центрифугирования и блокировка старта центрифуги при открытой крышке	наличие
2.12	аварийное открывание крышки	наличие

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	Должность	Подпись
Кунц Т.С.	заведующий отделением гинекологии одного дня	
Воеводова Е.Л.	Заведующий клинико- диагностической лабораторией	

СОГЛАСОВАНО

Главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома

_____ А.В. Маркевич

« 15 »
_____ 2026