

Лот №4

Предмет государственной закупки  
(наименование товара)

Биологический индикатор для контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода для использования в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Индикатор химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе должен представлять собой пластиковую пробирку со стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий *Bacillus*

*stearothermophilus* – не менее  $1,0 \cdot 10^6$   
 Должна быть возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP  
 7. Остаточный срок годности не менее 60% от заявленного.

Лот №1

Предмет государственной закупки  
(наименование товара)

Химические индикаторы контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода для использования в низкотемпературном плазменном стерилизаторе (в том числе плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP)

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки

34/26 lot 5

1.Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе – универсальные (контроль условий стерилизации снаружи и внутри упаковок во всех режимах плазменной стерилизации)  
 2.Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.  
 3.Индикатор имеет нанесенный контрольный цвет для подтверждения успешности процесса стерилизации -изменение и достижение

контрольного цвета только в атмосфере стерилизующего агента ( перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.  
 4.Обеспечение гарантии качества стерилизации.  
 5.Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP  
 6. Остаточный срок годности не менее 80% от заявленного.