

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

Лот №1 Контейнеры стерилизационные

Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Контейнер для стерилизации	шт	3
2	Контейнер для стерилизации	шт	7
3	Контейнер для стерилизации	шт	5
4	Контейнер для стерилизации	шт	8
5	Контейнер для стерилизации	шт	2

Технические требования:

2.1.1 Металлический . С фильтром.

2.1.2. Длина 290 ± 10 мм, ширина 290 ± 10 мм, высота 135 ± 15 мм

2.2.1 Металлический . С фильтром.

2.2.2. Длина 290 ± 10 мм, ширина 290 ± 10 мм , высота 150 ± 15 мм

2.3.1 Металлический . С фильтром.

2.3.2. Длина 590 ± 10 мм, ширина 290 ± 10 мм, высота 150 ± 20 мм

2.4.1 Металлический . С фильтром.

2.4.2 Длина 590 ± 10 мм, ширина 290 ± 10 мм, высота 100 ± 10 мм

2.5.1 Металлический . С фильтром.

2.5.2 Длина 465 ± 10 мм, ширина 280 ± 10 мм , высота 100 ± 10 мм

Лот № 2 Силиконовый мат для контейнера стерилизационного.

Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Силиконовый мат для контейнера стерилизационного	шт	12
2	Силиконовый мат для контейнера стерилизационного	шт	13

Технические требования:

2.1.1 Материал- силикон

2.1.2 Длина 260 ± 10 мм, ширина 260 ± 20 мм

2.2.1 Материал- силикон

2.2.2 Длина 570 ± 35 мм, ширина 270 ± 20 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.