

## ЛОТ 1

Приложение № 1

### Технические характеристики (описание) медицинских изделий

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Канюля с мягким наконечником | Количество 60 штук. |
|------------------------------|---------------------|

#### 2. Технические требования:

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 2.1 | Одноразовая, стерильная |
| 2.2 | Калибр 25 Ga            |
| 2.3 | Мягкий наконечник       |

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий***1. Состав (комплектация) медицинских изделий:*

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Лезвия офтальмомикрохирургические | Количество 120 шт. |
|-----------------------------------|--------------------|

*2. Технические требования:*

Угол заточки — 30° либо 45°

Длина — 7 мм

Ширина — 1,5 мм

Материал — нержавеющая сталь

*3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):*  
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

*4. Требования о наличии технической документации и иной информации:*

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Шовный материал для подшивания интраокулярной линзы**

**Состав (комплектация) оборудования**

| №   | Наименование                                        | Количество |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | Шовный материал для подшивания интраокулярной линзы | 150 штук   |

**2. Технические требования:**

- 2.1. Шовный материал 9.0 полипропилен с петлей длиной не менее 15 см;
- 2.2 моноволокно;
- 2.3 игла: прямая не менее 0,15\*16,15 мм, шпательная.
- 2.4 стерильный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

## ЛОТ 4

Приложение № 1

### Технические характеристики (описание) медицинских изделий

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Зонд лазерный для<br/>эндофотокоагуляции с гибким<br/>наконечником</b> | <b>Количество 200 шт.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

#### 2. Технические требования :

|     |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Назначение – для эндофотокоагуляции тканей глаза                                                                  |
| 2.2 | Калибр 25 Ga или 25+ Ga                                                                                           |
| 2.3 | Должен иметь стандартную совместимость с лазерами следующих<br>производитель: Zeiss – Vizulas 532; Constellation. |
| 2.4 | Должен быть упакован в стерильную упаковку                                                                        |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):  
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий  
на белорусском либо русском языке.

ЛОТ 5

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий  
медицинского назначения

Лот № 1

| № | Наименование                                                                                                                  | Количество |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Стерильный одноразовый комплект для передней витрэктомии для хирургической офтальмологической системы Centurion Vision System | 78 штук    |

2. Технические требования:

2.1. Витректор должен быть пневматический;

2.2. калибр 23 Ga или аналог;

2.3. частота резов - не менее 4000 резов в минуту;

2.4. витректор должен быть стерильным .

2.5. полная совместимость с хирургической офтальмологической системой Centurion Vision System.

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Комплект Constellation VFC или<br/>аналог</b> | <b>Количество 150 шт.</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------|

**2. Технические требования:**

- 2.1 Наличие не менее двух канюль для введения вязких жидкостей калибра 20/23/25 Ga;
- 2.2 Наличие шприца объемом 10+/-0,5 мл;
- 2.3 Разъем для подключения шприца набора для введения вязких жидкостей;
- 2.4 Комплект должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

**4. Требования о наличии технической документации и иной информации:**

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

## ЛОТ 7

### Приложение № 1

#### Технические характеристики (описание) медицинских изделий

##### *1. Состав (комплектация) медицинских изделий :*

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Комплект для комбинированных процедур для Constellation 25+ Ga с клапанными канюлями или аналог | Количество 500 шт. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

##### *2. Технические требования :*

- 2.1 Комплект должен быть совместим с системой Constellation
- 2.2 Канюли клапанные

*3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

##### *4. Требования о наличии технической документации и иной информации:*

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.



## ЛОТ 8

Приложение № 1

### Технические характеристики (описание) медицинских изделий

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Комплект-кассета для<br/>факоэмульсификации</b> | <b>Количество 400 шт.</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|

Состав комплекта:

- кассета;
- УЗ-наконечник с углом среза 30°;
- ирригационные сливы для микрокоаксиального фако через разрезы 2,2 – 2,4 мм;

#### 2. Технические требования :

2.1 Комплект должен быть стерилен;

2.2 Полная совместимость с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

#### 4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.



## Приложение № 1

## 1. Состав (комплектация) оборудования

| Наименование                                                     | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сбалансированный<br>солевой раствор для<br>офтальмомикрохирургии | -хлорид натрия - $7.14 \pm 0,01$ мг<br>-хлорид калия - $0,38 \pm 0,001$ мг<br>-фосфат натрия - $0,42 \pm 0,001$ мг<br>-кальция хлорид - $0,154 \pm 0,001$ мг<br>-магния хлорид - $0,2 \pm 0,001$ мг<br>-бикарбонат натрия - $2,1 \text{ мл} \pm 0,001$ мг<br>-декстроза - $0,92 \text{ мл} \pm 0,01$ мг<br>-глутатион - $0,184 \pm 0,01$ мг<br>Состав готового раствора может содержать<br>дополнительные компоненты | 400 шт     |

## 2. Технические характеристики:

1. Объем флаконов  $500 \text{ мл} \pm 10 \text{ мл}$ 

2. pH 7,4

3. Осмолярность  $305 \pm 0,005 \text{ мОсм}$ 4. Раствор должен быть в стеклянной упаковке и готовиться непосредственно перед его использованием (часть I -  $480 \text{ мл} \pm 10 \text{ мл}$ , часть II -  $20 \text{ мл} \pm 5 \text{ мл}$ )

## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

## .Состав (комплектация) оборудования

| №   | Наименование                                                                                     | Количество |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | Соединение перфторорганическое для интраоперационного использования в витреоретинальной хирургии | 100 штук   |

## 2. Технические требования:

- 2.1. Изомеры перфтордекалина (не менее 95%), перфторгептана, перфторнонана.
- 2.2. Степень фторирования 100%
- 2.3. Фасовка- стеклянный флакон с объёмом раствора не менее 5мл в комплекте со стерильным шприцем и канюлей для введения.
- 2.4. Роствор должен быть стерилизован методом стерильной фильтрации.
- 2.5 Упаковка стерильная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

## .Состав (комплектация) оборудования

| №   | Наименование                                                                            | Количество |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | Раствор для окраски ILM(внутренней пограничной мембраны) и ERM(эпиретинальной мембраны) | 300 штук   |

## 2. Технические требования:

2.1 бриллиантовый синий

2.2 трипановый синий

2.3 Назначение – окрашивание ВПМ, ЭРМ и ПВР;

2.4. Место введения: В полость стекловидного тела

2.4 Раствор должен быть стерильный в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):  
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий  
на белорусском либо русском языке.



## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

## .Состав (комплектация) оборудования

| №   | Наименование                           | Количество |
|-----|----------------------------------------|------------|
| 1.1 | Раствор для окраски капсулы хрусталика | 400 штук   |

## 2. Технические требования:

2.1. *раствор трипановый синий – 0,05%;*

2.2. *назначение – для окрашивания передней капсулы хрусталика;*

2.3. *стерильный;*

2.7. *форма выпуска: стеклянный флакон, объем раствора не менее 1,5 мл.*

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):*  
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. *Требования о наличии технической документации и иной информации:*

4.2. *документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.*



## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Масло офтальмологическое силиконовое для внутриглазной тампонады 1000-1500 мПа.

.Состав (комплектация) оборудования

| №   | Наименование                                                                    | Количество |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | Масло офтальмологическое силиконовое для внутриглазной тампонады 1000-1500 мПа. | 300 штук   |

2. Технические требования:

2.1. Вязкость 1000 - 1500 мПа;

2.2. Объем от 5 до 15 мл;

2.3. Во флаконе или шприце;

2.4. Масло должно быть стерильное, в стерильной упаковке, готово к немедленному использованию в условиях операционной;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.



## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Масло офтальмологическое силиконовое для внутриглазной тампонады 5000-5700 мПс.

„Состав (комплектация) оборудования

| №   | Наименование                                                                    | Количество |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | Масло офтальмологическое силиконовое для внутриглазной тампонады 5000-5700 мПс. | 100 штук   |

2. Технические требования:

2.1. Вязкость 5000-5900 мПс;

2.2. Шприц объем не менее 10 мл.

2.3. Индекс рефракции 1,40

2.4 Удельная плотность 0,98 г/см<sup>3</sup> при температуре 25 гр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.