

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 1ед.

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1.1.	электрохирургический генератор для диссекции и коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов	1
1.2.	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата.	1
1.3.	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	36
1.4.	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	24
1.5.	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	24
1.6.	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	24
1.7.	Тележка для размещения аппарата.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Требуемые параметры
2.1.	электрохирургический генератор для диссекции и коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов	2.1.1 мощность не менее 300 Вт; 2.1.2 не менее 3 уровней регулировки мощности; 2.1.3 лигирование сосудов диаметром до 7мм; 2.1.4 интеллектуальная система автоматического распознавания инструментов; 2.1.5 управление с помощью сенсорных экранов; 2.1.6 технология Instant Response (интеллектуальная система определения сопротивления тканей)

		2.1.7 RECOM- система слежения за рассеивающим электродом пациента; 2.1.8 система обновления программного обеспечения;
2.2	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата	2.2.1 Двухклавишная для переключения режимов рассечения и коагуляции тканей; 2.2.2 провод для подключения не менее 4 метров
2.3	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	2.3.1 длина рабочей части не менее 35 см; 2.3.2 диаметр рабочей части не более 10мм; 2.3.3 диссекция тканей в режиме ручного управления; 2.3.4 поворот штока не менее 350 градусов; 2.3.5 прямые закругленные бранши с антипригарным покрытием длиной не менее 20мм; 2.3.6 предназначены для одновременного лигирования с рассечением/диссекцией тканей; 2.3.7 коагуляции сосудов диаметром до 7мм; 2.3.8 Апертура раскрытия браншей не менее 12мм
2.4	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	2.4.1 длина рабочей части не менее 30 см; 2.4.2 диаметр рабочей части не более 5мм; 2.4.3 диссекция тканей в режиме ручного управления; 2.4.4 поворот штока не менее 350 градусов; 2.4.5 прямые закругленные бранши с антипригарным покрытием длиной не менее 20мм; 2.4.6 предназначены для одновременного лигирования с рассечением/диссекцией тканей; 2.4.7 Апертура раскрытия браншей не менее 12мм
2.5	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	2.5.1 длина рабочей части не менее 20 см; 2.5.2 диаметр рабочей части не более 10мм; 2.5.3 Диссекция тканей в режиме ручного управления; 2.5.4 Поворот штока не менее 350 градусов; 2.5.5 прямые закругленные бранши с антипригарным покрытием длиной не менее 20мм; 2.5.6 предназначены для одновременного лигирования с рассечением/диссекцией тканей; 2.5.7 коагуляции сосудов диаметром до 7мм;

		2.5.8 Апертура раскрытия браншей не менее 12мм
2.6	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.	2.6.1 длина рабочей части не менее 30 см; 2.6.2 диаметр рабочей части не более 5мм; 2.6.3 диссекция тканей в режиме ручного управления; 2.6.4 Поворот штока не менее 350 градусов; 2.6.5 бранши типа Maryland изогнуты с антипригарным покрытием длиной не менее 20мм; 2.6.6 Предназначены для одновременного лигирования с рассечением/диссекцией тканей; 2.6.7 Апертура раскрытия браншей не менее 12мм
2.7	Тележка для размещения аппарата	2.9.1 Металлическая, наличие блокировки вращения колес.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Пункты, отмеченные знаком астериск «*», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.