Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Эхосканер офтальмологический с функцией ультразвуковой биомикроскопии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Аппарат ультразвуковой диагностический офтальмологический многофункциональный в комплекте с принадлежностями:	шт.	1
1.1.1	Аппарат ультразвуковой диагностический офтальмологический многофункциональный	шт.	1
1.1.2	Зонд биометрический для А-сканирования	шт.	1
1.1.3	Зонд для В-сканирования	шт.	1
1.1.4	Зонд для пахиметрии	шт.	1
1.1.5	Педаль	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№п/п	Требуемые параметры	Примечание
2.1	Тип сканирования	Секторный
2.2	Частота А-датчика	Не менее 10 МГц
2.3	Частота В-датчика	Не менее 10 Мгц
2.4	Пахиметрический датчик	Не менее 20 МГц
2.5	Биометрия:	
2.5.1	Точность измерения	±0,1 мм
2.6	Пахиметрия:	
2.6.1	Диапазон измерения	150 – 1500 мкм
2.6.2	Точность измерения	±5 мкм
2.7	А-датчик:	
2.7.1	Диапазон измерения	Не менее 60 мм
2.8	Функция хранения данных	Наличие
2.9	Функция увеличения изображения	Наличие
2.10	Цветной сенсорный экран	Наличие
2.11	Количество формул для вычисления силы ИОЛ	Не менее 9 (девяти)
2.12	Запись видео	Наличие
2.13	Режим работы датчика:	Иммерсионный/контактный
2.14	Управление педалью	Наличие
2.15	Возможность подключения аппарата к	Наличие

	компьютерной сети и/или к внешнему персональному компьютеру, принтеру	
2.16	Печать результатов	Встроенный в прибор принтер или подключаемый лазерный принтер

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

гарантия не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.