



Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАТ»
УНП 100060102 Республика Беларусь, 220141, г. Минск
ул. Академика Купревича, д.1, корп. 3, пом. 334
Тел +375(17)396-64-26 +375(44)772-40-11
E-mail: megat.by@mail.ru

ГУ «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

«9» июня 2026 г.

Местонахождение оборудования: ГУ «Республиканский клинический медицинский центр», Республики Беларусь, 223052, Минская обл., Минский район, Ждановичский с/с, район агрогородка Ждановичи.

В процессе проведения, во исполнение договора от 16.03.2026 г. № 14ТО/26, технического обслуживания (диагностики) перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты (неисправности):

№ п.п.	Оборудование		Год ввода в эксплуатацию:	Обнаруженные дефекты(неисправности):
	наименование	номер		
	1	2	3	4
1	Кушетка для физико-мануальной терапии серии Manumed NPU модель Optimal- 3 секционная	Зав.№2017-№1-1402 Инв.№01376614	2018	При подъеме опорного каркаса не выдвигается одно колесо, поломка узла привода тяги выдвигения колеса.

Рекомендации: требуется ремонт узла привода тяги выдвигения колеса кушетки.

Главный инженер
ООО «Мегат»

Директор
ООО «Мегат»



Шоломицкий А.А.

Азарова Н.П.

Игорь Александрович

[Handwritten signature]

Владимир Александрович