

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

А.Г. Никанович

18 мая 2026 г.

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

ГУ "РКМУ" УД Президента Республики Беларусь

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС": инженер-электроник 1 категории, Скроцкий Н.С.,

провела обследование медицинского оборудования:

система управление Karl Storz

интегрированные операционные системы управления, обмена, передачи и архивации данных Karl Storz OR Neo, инв. 01378339, 01378338, 01378337, 01378341,

Для восстановления работоспособности медицинского оборудования требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов, вышедших из строя в ходе длительной эксплуатации: 01378342

Катал. номер	Наименование запасной части	Кол-во	Наименование оборудования	Зав №№
1.	АКБ 12v 9 Ah	24шт	Karl Storz OR1 Neo	01378339 01378338 01378337 01378341 01378342
			Karl Storz OR1 Str. Con. II	01378340
2.	Батарея CR 2032 3v	10шт	Karl Storz OR1 Neo	01378339 01378338 01378337 01378341 01378342
3.	Конденсатор электрол.	6шт	Karl Storz OR1 Str. Con. II	01378340
	400v 100µF WН 105°C		Karl Storz OR1 Neo	01378337 01378338 01378339 01378341 01378342
4.	Предохранитель ВПЗБ-1, В,3А	24шт	Karl Storz OR1 Str. Con. II	01378340
			Karl Storz OR1 Neo	01378337 01378338 01378339 01378341 01378342

Представители

инженер ООМО Никанович А.Г.

Представитель

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"



Н.С.Скроцкий

Нач. ООМО [Signature] Р.В. Луц