

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 1

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Игла Вереща	штука	6

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Длина не более (мм)	160
2.2	Диаметр иглы не более (мм)	2,5
2.3	Многократного использования	Наличие
2.4	Автоклавируемый	Наличие
2.5	Материал	Нержавеющая сталь

Лот № 2

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
2	Троакар + Стиллет	комплект	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Троакар	
2.1.1	Диаметр троакара не более(мм)	15,0
2.1.2	Многоразового использования	Наличие
2.1.3	Материал	Нержавеющая сталь
2.1.4	Автоклавируемый	Наличие
2.2	Стиллет	
2.2.1	Диаметр стилета не более (мм)	15,0
2.2.2	Материал	Нержавеющая сталь
2.2.3	Многоразового использования	Наличие
2.2.4	Автоклавируемый	Наличие

Лот № 3

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
3	Троакар + Стиллет	комплект	3

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Троакар	
-----	---------	--

2.1.1	Диаметр троакара не более (мм)	6,0
2.1.2	Многоразового использования	Наличие
2.1.3	Материал	Нержавеющая сталь
2.1.4	Автоклавируемый	Наличие
2.2	Стилет	
2.2.1	Диаметр стилета не более (мм)	6,0
2.2.2	Материал	Нержавеющая сталь
2.2.3	Многоразового использования	Наличие
2.2.4	Автоклавируемый	Наличие

Лот № 4

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
4	Вставка переходная удлиненная	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	Диапазон перехода (мм)	15/5
2.2	Многokrатного использования	Наличие
2.3	Автоклавируемый	Наличие
2.4	Материал	Нержавеющая сталь

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора

Приложение № 1
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование лота	Количество
Лот 5 Держатель электродов.	10 штук

2. Технические требования:

Лот № 5 Держатель электродов.

- 2.1.1. Держатель электродов монополярный с двумя кнопками управления.
- 2.1.2. Держатель монополярных электродов 4 мм.
- 2.1.3. Трехштыревой разъем.
- 2.1.4. Длина кабеля не менее 3м.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Загубники одноразовые
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
ЛОТ 6	Загубники одноразовые	штука	2000

2. Технические требования ⁷:

1.1. загубники для эндоскопии стандартные

1.1.1. одноразовые

1.1.2. для взрослых

1.1.3. не должен содержать латекс

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Приложение 1

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и
изделий медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
ЛОТ 7	Кожный степлер со стандартными скобками	шт	100

2. Технические требования:

- Количество скобок – 35±5 шт. в одном степлере
- высота открытой скобки от 2,8 до 3,30 мм
- длина скобки от 10 до 12 мм
- стерильность упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

ЛОТ № 8

Клипаппликаторы и клипсы хирургические*1. Состав (комплектация) медицинских изделий:*

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Клипаппликатор для эндоскопических операций	Шт.	5
2.	Клипсы титановые к эндоскопическому клипаппликатору	Катридж	100

2. Технические требования:

2.1.1 Поворотный, модульный, многоразового использования, должен подвергаться многочисленным циклам газовой и химической стерилизации или автоклавированию 134градусов;

2.1.2 Длина клипаппликатора 33 ± 3 см

2.1.3 Диаметр 10 мм

2.1.1. Клипаппликаторы должны быть совместимы с клипсами из пункта № 2

2.2.1. Длина в закрытом состоянии, не менее 8.5-8.7мм.

2.2.2. Ширина раскрытия клипсы в исходном состоянии, не менее $5.5 \pm 0,2$ мм.

2.2.3. Клипсы комплектуются в индивидуальный картридж (по бшт.в картридже)

2.2.4. Клипсы должны быть апиrogenны, иметь МРТ совместимость, быть устойчивы к воздействию биологических жидкостей

2.2.5. Стерильность упаковки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.