

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1: Реагенты и расходные материалы для гемостазиологических исследований (годовой комплект).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование расходного материала	Ед. изм.	Всего
1.	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить определение следующих параметров:		
1.1	определение протромбинового времени	тест	11820
1.2	определение активированного частичного тромбопластинового времени	тест	7670
1.3	определение фибриногена	тест	7790
1.4	определение тромбинового времени	тест	4855
1.5	определение протеина С	тест	400
1.6	определение протеина S	тест	410
1.7	определение антитромбина III	тест	1902
1.8	определение фактора фон Виллебранда Ag	тест	50
1.9	определение фактора фон Виллебранда активность	тест	50
1.10	определение фактора VIII с использованием дефицитной по фактору VIII плазмы	тест	115
1.11	определение фактора IX с использованием дефицитной по фактору IX плазмы	тест	50
1.12	определение фактора X с использованием дефицитной по фактору X плазмы	тест	50
1.13	определение анти-Ха-активности(ривароксабан)	тест	50
1.14	определение анти-Ха-активности (НМГ)	тест	180
1.15	определение Д-димер	тест	2500
1.16	определение РФМК	тест	1780
1.17	определение волчаночного антикоагулянта скрининг	тест	450
1.18	определение волчаночного антикоагулянта подтверждение	тест	450
1.19	определение плазминогена	тест	50
2.	Контрольный материал не менее 2-х уровней, в количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1 в течении года при 5-ти дневной рабочей неделе	комплект	1
3.	Комплект калибраторов, охватывающих весь диапазон исследований, указанных в п.1 соответственно предлагаемым реагентам.	комплект	1
4.	Расходные материалы, необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение года (промывочные растворы, кюветы/роторы)	комплект	1
Оборудование, передаваемое по договору безвозмездного пользования:			
	Автоматический гемостазиологический анализатор в комплекте с ИБП и ПЭВМ.	шт.	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)»**

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на **автоматическом гемостазиологическом анализаторе**, передаваемым по договору безвозмездного пользования конечным пользователям:

- УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр»

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования.

2.2.1	Производительность: не менее 180 тестов в час
2.2.2	Возможность установки на борт первичных пробирок 13х100 мм, 13х75мм
2.2.3	Наличие коагулометрического, хромогенного и иммунотурбодиметрического методов.
2.2.4	Программное обеспечение на русском языке

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
эксплуатации, обслуживанию.**

3.1. Срок годности расходных материалов на момент поставки должен быть не менее 60% от установленного производителем.

3.2. Гарантийный срок обслуживания оборудования, поставляемого в безвозмездное пользование - не менее 24 месяцев.